

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

Direttore avv. Morris Montalti

U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi

Direttore avv. Morris Montalti

FASCICOLO 18 2022 11.4.1

GARA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “SISTEMI PER RACCOLTA, MOVIMENTAZIONE E PRODUZIONE DI EMOCOMPONENTI, DISTINTA IN N. 12 LOTTI AGGIUDICABILI PER SINGOLO LOTTO INTERO NON FRAZIONABILE, PER LE STRUTTURE TRASFUSIONALI DELL'AUSL DELLA ROMAGNA (CAPOFILA), AUSL BOLOGNA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA E AUSL DI IMOLA. ED 2”.

VALORE QUINQUENNALE POSTO A BASE D'ASTA € 14.548.491,76

NUMERO GARA 9147702

CUI F02483810392202100306

### **RISPOSTE AI QUESITI AL 10/07/2023**

#### **Quesito 3) PI218832-23**

Spett.le Ente,

tenuto conto dell'attuale aumento delle pubblicazioni di gare d'appalto in data antecedente all'entrata in vigore del nuovo codice, nonché della coincidenza dell'attuale scadenza della presente gara con il periodo estivo, si chiede di voler valutare l'opportunità di concedere una proroga del termine fissato per la presentazione delle offerte di almeno 30 gg, quanto sopra anche al fine di garantire la massima partecipazione alla gara e il rispetto della par condicio tra i competitors. Sperando in un favorevole riscontro si porgono, distinti saluti, Ufficio gare.

#### **Risposta a Quesito 3) PI218832-23**

Si conferma la scadenza del 11/08/2023 quale termine ultimo per la presentazione delle offerte.


#### **Quesito 4) PI218107-23**

Spett.le Ente,

relativamente alla presente procedura si pongono i seguenti quesiti:

- 1) relativamente ai lotti 4 e 5: si chiede di poter offrire apparecchiature ricondizionate pari al nuovo, al fine di garantire la formulazione di un'offerta economicamente sostenibile;
- 2) Nel regolamento tecnico “CAPITOLATO TECNICO ALLA PAG 39 NELLA TABELLA KIT DI RACCOLTA COMPRENSIVI DI AGO FISTOLA COMPLETI DI TUTTI GLI ACCESSORI E DELLE RELATIVE SOLUZIONI ANTICOAGULANTE”, in corrispondenza di H Maggiore non sono indicate le procedure necessarie si chiede di volerle specificare;
- 3) Nel regolamento tecnico “CAPITOLATO TECNICO ALLA PAG 70 NELLA TABELLA NECESSITÀ /ANNO KIT INATTIVAZIONE PLASMA SULLA BASE DEI DATI DI ATTIVITÀ ANNO 2022”

Si chiede di voler precisare che le 100 procedure annuali previste siano relative all'inattivazione di Piastrine oppure di plasma;



4) Si chiede di voler confermare che non è necessario inviare campionatura per i lotti 5 e 12;

5) Si chiede di voler confermare che possa essere allegata la bibliografia in lingua originale (inglese), in quanto trattasi di documentazione presente su riviste internazionali.

**Risposta a Quesito 4) PI218107-23**

- 1) La strumentazione deve essere nuova di fabbrica, come prescritta da atti di gara.
- 2) Per mero errore materiale i fabbisogni dell'Ospedale Maggiore sono stati ricompresi nel fabbisogno dell'Ospedale S. Orsola; pertanto, si chiarisce che il fabbisogno stimato anno per l'Ospedale S. Orsola è pari a nr. 1.150/kit e per l'Ospedale Maggiore è pari a nr. 50/kit, per un totale complessivo per le Aziende dell'AVEC pari a 1200/kit/anno come indicato in capitolato tecnico a pagina 39, conseguentemente è confermato il valore posto a base d'asta per il lotto 5 e per i singoli riferimenti di lotto.
- 3) All'inattivazione di Plasma
- 4) Sì, si conferma.
- 5) Sì, si conferma.