



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO PER CHIRURGIA
AMBULATORIALE, ODONTOSTOMATOLOGICA, ORTOPEDICA, TRAUMATOLOGICA, SALA GESSI E
ACCESSORI PER PULIZIA STRUMENTARIO – SECONDA EDIZIONE**

COMUNICAZIONE

In relazione alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito:

Cesena 11/07/2023

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI211 727-23	Con la presente richiediamo i seguenti chiarimenti relativi al: LOTTO 2 - Rif. 31-32: viene indicato lo stesso codice di riferimento per entrambe le linee, ma nella descrizione si richiedono "bacinelle/ciotole di varie misure". Richiediamo di specificare se è necessario quotare una sola ciotola corrispondente al Cod. di riferimento, oppure se le bacinelle di varie misure disponibili. - Rif. 43: Il Cod. di riferimento BH414R è una pinza retta, mentre nella descrizione viene richiesta curva. Vi preghiamo di specificare se la pinza da quotare sia retta o curva.	Capitolato tecnico – lotto 2	In relazione al quesito posto (lotto 2) si precisa quanto segue: - Rif. 31-32: quotare il riferimento indicato; - Rif. 43: quotare il codice di riferimento indicato (BH414R).
PI211 737-23	Con la presente richiediamo i seguenti chiarimenti relativi al: LOTTO 3: - Rif. 15: dimensione della punta del distrattore richiesto - Rif. 22: la lama di ricambio richiesta è per acciaio oppure per oro/argento?	Capitolato tecnico – lotto 3	In relazione al quesito posto (lotto 3) si precisa quanto segue: - Rif. 15 la dimensione della punta del distrattore è indicata chiaramente nel catalogo di riferimento per ogni ref indicato; - Rif. 22: si chiede di quotare il codice richiesto.
PI211 762-23	Con la presente richiediamo i seguenti chiarimenti relativi al: LOTTO 4: - Rif. 7: Richiediamo se il range richiesto sia composto dai seguenti codici: FK712R-FK713R-FK714R-FK715R-FK723R-FK724R-FK725R, oppure se bisogna fermarsi al cod. FK715R - Rif. 65: Richiediamo se è necessario quotare tutta la serie di osteotomi STILLE sia retti che curvi, oppure solo retti.	Capitolato tecnico – lotto 4	In relazione al quesito posto (lotto 4) si precisa quanto segue: - Rif. 7: la quotazione deve comprendere tutti i seguenti ref: FK712R-FK713R-FK714R-FK715R-FK723R-FK724R-FK725R; - Rif. 65 e 66: la

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<ul style="list-style-type: none"> - Rif. 66: Richiediamo se è necessario quotare tutta la serie di osteotomi STILLE sia retti che curvi, oppure solo retti. - Rif. 78: Non siamo riusciti a individuare i codici di riferimento, pertanto richiediamo maggiori informazioni su tipologia/dimensioni del morso del rongeur richiesto - Rif. 100-126: il Cod. di riferimento si ripete, chiediamo pertanto la possibilità di poter offrire lo stesso codice per entrambi i riferimenti - Rif. 136: i Cod. di riferimento sono gli stessi dei Rif. 26 e 27. Ci chiediamo pertanto la possibilità di poter offrire gli stessi codici equivalenti. 		<p>quotazione deve comprendere tutta la serie di osteotomi STILLE sia retti che curvi;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rif. 78 è relativa a PINZA P.BIOPSIA APERT.A DESTRA (OM491R) e PINZA P.BIOPSIA APERT.A SINISTRA (OM492R); - Rif. 100-126: si conferma la possibilità di offrire lo stesso codice per entrambi i riferimenti; - Rif. 136 e Rif. 26 e 27: si conferma la possibilità di offrire lo stesso codice per entrambi i riferimenti.
PI214 095-23	<p>Chiediamo i seguenti chiarimenti tecnici: LOTTO 4 - RIGA 78 si chiede immagine del codice AESCULAP OM491R – OM492R LOTTO 2 - RIGA 61 si chiede si specificare la misura del raccordo luer-lock in quanto dal riferimento indicato non si evince.</p>	Capitolato tecnico – lotto 4 e 2	<p>In relazione al quesito posto (lotti 4 e 2) si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LOTTO 4 Rif. 78 per una maggiore descrizione si rimanda alla risposta al quesito PI211762-23, questa stazione appaltante non ha immagini a disposizione; - LOTTO 2 Rif. 61: si chiede di offrire tutte le misure disponibili.
PI218 214-23	<p>Con riferimento al Quesito PI216644-23 numero 4 e alla relativa vostra Risposta PI217931-23 si fa presente quanto segue: 1- il codice AC561/23 del lotto 4, sembra corrispondere a strumento di marca NOPA, che convertito risulta essere il codice BC879 della Marca Aesculap; pertanto, si chiede di chiarire se sia necessario offrire tale strumento così come da noi rilevato; 2- In caso di risposta negativa al precedente quesito chiediamo di confermare che per tale codice non si debba offrire nulla, ma solamente indicare all'interno dell'offerta economica l'importo totale a base d'asta quadriennale del riferimento 16, pari ad € 17.050,00, in modo che tale strumento non venga aggiudicato;</p>		<p>In relazione al quesito posto si conferma quanto indicato nella risposta PI217931-23, pertanto l'operatore economico non deve offrire nulla, ma solamente indicare all'interno dell'offerta economica l'importo totale a base d'asta quadriennale del riferimento 16, pari ad € 17.050,00,</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	3- In caso di risposta affermativa al precedente quesito si chiede di confermare che non è richiesta campionatura del riferimento in questione.		
PI223 559-23	La presente per segnalare che il capitolato prevede l'indivisibilità dei lotti e quindi la necessità di rispondere a tutti i riferimenti di ciascun lotto; i lotti contengono, altresì, codici e descrittive commerciali di Aziende presumibilmente attualmente in uso; sussiste, pertanto, un'oggettiva difficoltà ad affiancare ad ogni riferimento esattamente il prodotto con i requisiti tecnici richiesti oltre a sussistere il rischio che venga compromesso il principio di più ampia partecipazione e concorrenza, nonostante il capitolato preveda l'idoneità per le Aziende concorrenti che offrano almeno il 70% dei riferimenti; si segnala inoltre che nel lotto "artroscopia di ginocchio", sono indicati codici afferenti agli interventi artroscopici su piccole articolazioni che nulla hanno a che fare con interventi di ginocchio e per le quali è previsto un altro lotto dedicato "artroscopia piccoli segmenti".	Disciplinare di gara Art. 4	In relazione al quesito posto si conferma quanto indicato nel disciplinare di gara art. 4 " <i>Gli OO.EE. presenti nella graduatoria di aggiudicazione che saranno considerati idonei sono coloro che, per singolo lotto, avranno presentato offerta idonea per almeno il 70% dei prodotti richiesti (es: lotto x – n. 100 prodotti richiesti da capitolato tecnico – numero minimo prodotti da offrire per essere idonei 70)...</i> ".
PI225 094-23	Confermate che, trattandosi di procedura avente come oggetto "strumentario manuale", è possibile inviare la relativa campionatura NON in confezione originale di vendita?	Campionatura	In relazione al quesito posto si ammette la possibilità di consegnare la campionatura in confezione non originale di vendita, con chiara indicazione dei lotti e riferimenti a cui si riferiscono i campioni.