



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA ED
INTERVENTISTICA VASCOLARE ED EXTRAVASCOLARE**

COMUNICAZIONE

In relazione alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito:

Cesena 18/07/2023

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI2072 20-23	Per i lotti dal 64 al 73, dato che i diametri e le lunghezze del palloncino indicati nel Capitolato tecnico precluderebbero la partecipazione a molti operatori economici, si chiede conferma che verranno considerati validi i DM aventi misure che eccedano la tolleranza +/- 10%.	Capitolato tecnico – lotti da 64 a 73	Al fine di garantire la massima partecipazione, si conferma che saranno valutati anche palloni che eccedono il 10% delle misure purchè idonei all'uso descritto.
PI2176 34-23	Lotto 79 – Al fine di eventuale preparazione di documentazione a supporto, si chiede di specificare come avverrà la valutazione del criterio "Ridotta dispersione del farmaco"	Capitolato tecnico – lotto 79	La ridotta dispersione del farmaco verrà misurata attraverso la valutazione del sistema di protezione del pallone, tecnologia di coating, ed eventuali studi di biodisponibilità del farmaco.
PI2261 59-23	Lotto 108 - Si chiede di rivedere la base d'asta di tale lotto, che non risulta congrua rispetto agli attuali prezzi praticati	Capitolato tecnico – lotto 108	Si conferma il valore a base d'asta.
PI2276 67-23	In riferimento ai lotti 46 e 47, posto che il sistema di distacco delle spirali è composto da macchinetta di distacco e cavi di distacco che sono quindi accessori indispensabili per l'utilizzo delle spirali, si chiede di voler confermare la possibilità di fornire in sconto merce tali dispositivi.	Capitolato tecnico – lotti 46 e 47	Il dispositivo offerto deve essere idoneo all'uso descritto, pertanto il valore offerto a base d'asta deve essere omnicomprensivo di tutti gli accessori indispensabili per l'utilizzo.
PI2324 92-23	Lotto 111 - Considerato il costo unitario abbastanza importante del dispositivo richiesto, in relazione all'importo totale previsto; considerato altresì che il	Capitolato tecnico – lotto 111	Si conferma la necessità di fornire la campionatura richiesta, utile ai fini della valutazione dei prodotti offerti, nei tempi indicati nel disciplinare di gara.

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>dispositivo stesso è correntemente utilizzato presso gli ospedali di questa Spettabile Azienda, si richiede se sia possibile concedere l'invio di eventuale campionatura solo in fase di valutazione tecnica, se ritenuto opportuno dalla Commissione Tecnica incaricata.</p>		
<p>PI2336 99-23</p>	<p>Con riferimento alla tabella dell'allegato 11 Capitolato tecnico, si chiedono i seguenti chiarimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Per i lotti 46 e 47 nella colonna CND è indicato il codice G0280 (SONDE GASTRO-INTESTINALI – ACCESSORI) mentre la descrizione dei lotti fa riferimento alle Spirali per Embolizzazione; si chiede pertanto se trattasi di errore di battitura e quale sia il CND corretto a cui fare riferimento. - Per il lotto 89 nella colonna CND è indicato il codice C010402020601 (SISTEMI PER ATERECTOMIA PERIFERICA) mentre la descrizione del lotto fa riferimento ai Sistema di trombectomia meccanica; si chiede pertanto di confermare quale sia il CND corretto a cui fare riferimento. 	<p>Capitolato tecnico – lotti 46, 47, 89</p>	<p>Il codice CND indicato è indicativo, ogni operatore economico indica nell'offerta economica il codice CND di riferimento per il dispositivo offerto.</p>