



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA ED
INTERVENTISTICA VASCOLARE ED EXTRAVASCOLARE**

COMUNICAZIONE

In relazione alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito:

Cesena 20/07/2023

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI2346 29-23	<p>LOTTO 68: si richiede di precisare meglio il range di misure e la pressione indicati, in quanto la descrizione non corrisponde a nessun prodotto presente sul mercato.</p> <p>LOTTO 69: si chiede di rivedere al rialzo la base d'asta indicata in quanto inadeguata alla categoria di palloni non complianti.</p> <p>LOTTO 76: per garantire una più ampia partecipazione al lotto, si chiede di non rendere vincolante la disponibilità della piattaforma .018 essendo disponibili sul mercato anche le piattaforme .014 e .035 con ampia gamma di misure disponibili.</p>	Capitolato tecnico – Lotto 68-69-76	<p>In relazione ai quesiti posti si riscontra quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lotto 68: al fine di garantire la massima partecipazione, si conferma che saranno valutati anche palloni che eccedono il 10% delle misure purchè idonei all'uso descritto, come già indicato in risposta al quesito PI207220-23.- Lotto 69: si conferma il valore a base d'asta.- Lotto 76: al fine di garantire la massima partecipazione, si conferma che saranno valutate anche piattaforme 0.014 e 0.035 con la relativa gamma di misure disponibili.
PI2349 57-23	In merito all'invio della campionatura per i seguenti lotti 48-85-92 c'è la possibilità di presentare campionatura non sterile scaduta?	Campionatura	<p>Per i lotti ove il confezionamento non è valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio qualitativo, è possibile presentare campionatura non sterile/scaduta, con chiara indicazione sulla campionatura stessa.</p> <p>Nel caso di effettuazione di prove verrà richiesta ulteriore campionatura.</p>
PI2367 71-23	RIF. DISCIPLINARE ART 6.3 B) Possesso di una valutazione di conformità del prodotto alle normative. I prodotti offerti dovranno essere conformi alle normative così come dettagliatamente	Disciplinare di gara	Si conferma che i dispositivi offerti devono essere in possesso delle certificazioni CEE indicate nella documentazione di gara.

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>indicato nel Capitolato speciale (allegato 11). La comprova del requisito è fornita mediante dichiarazione di rispondenza alle normative e un certificato di prodotto rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, per lo specifico settore e campo di applicazione richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell'art. 5, par. 2, del Regolamento (CE) n. 765/2008. Si chiede conferma che le certificazioni indicate equivalgano al Certificato CE e Dichiarazione di Conformità</p>		
PI2371 52-23	<p>Intestatario polizza fidejussoria Buongiorno, si chiede conferma che l'intestatario della polizza sia: AZIENDA USL DELLA ROMAGNA C.F. e P. IVA 02483810392 Via De Gasperi, 8 48121 Ravenna</p>	Disciplinare di gara	Si conferma l'intestazione indicata.