



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI MATERIALI PER ATTIVITA' DI DIAGNOSTICA ED INTERVENTISTICA VASCOLARE ED EXTRAVASCOLARE

COMUNICAZIONE

In relazione alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito:

Cesena 08/08/2023

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI24734 2-23	In riferimento alla Tabella 1 Disciplinare ed all'Allegato 11 Capitolato tecnico "DESCRIZIONE LOTTO", per le categorie di prodotto appartenenti al lotto n. 39, si chiede gentilmente di confermare la possibilità di offrire la più vasta gamma in termini di tipologia di materiale e quindi poter offrire anche prodotti in poliuretano, in quanto non cambia l'indicazione d'uso e l'applicabilità clinica, così da soddisfare la manualità di ogni singolo Clinico ed ampliare la possibilità di partecipazione al maggior numero di Operatori Economici.	Capitolato tecnico - Lotto 39	Per il principio di equivalenza e al fine di garantire la massima partecipazione, in relazione al quesito posto, si conferma la possibilità di offrire anche prodotti in poliuretano purchè non cambi l'indicazione d'uso.
PI24803 6-23	Per il lotto 25, partecipando con lo stesso prodotto per ogni riferimento a,b,c e d, si chiede se è possibile presentare un'offerta economica differente per ogni riferimento pur trattandosi dello stesso prodotto in quanto il prezzo varia in base alle misure.	Capitolato tecnico – Lotto 25	Si conferma tale possibilità se riferito a misure diverse per i diversi riferimenti, ricordando che il prezzo offerto per ogni riferimento deve essere inferiore alla base d'asta.
PI24845 1-23	Al fine di una più ampia partecipazione degli operatori economici, per il lotto 21 si chiede la possibilità di considerare un range di tolleranza +/-20% rispetto alla misura richiesta.	Capitolato tecnico – Lotto 21	Al fine di garantire la massima partecipazione in relazione al lotto 21 si conferma la possibilità di considerare un range di tolleranza +/- 20% rispetto alla misura richiesta.
PI24976 9-23	1. In merito alla presentazione della cauzione provvisoria, si chiede di voler confermare che il possesso della certificazione ISO 13485:2016, riferita alla produzione e distribuzione di Dispositivi medici, consenta di avvalersi della riduzione	Capitolato tecnico – Lotto 40	1. In relazione alla riduzione della cauzione si rimanda a quanto disposto dall'art. 93 D.Lgs 50/2016 e riportato nel disciplinare di gara; 2. In riferimento al lotto 40 sub a, al fine di garantire la massima partecipazione, e richiamando il principio di equivalenza

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>prevista dall'art. 93 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 (50%);</p> <p>2. In riferimento al lotto 40 sub-a, si segnala che la caratteristica riportata nei requisiti di minima "a morfologia conica" identifica un solo operatore economico. Trattandosi di lotti unici e indivisibili e al fine di porre tutti gli operatori economici interessati in condizione di reale concorrenza, nel rispetto dei principi enunciati all'art. 30 commi 1) e 2) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si chiede di voler confermare che saranno accettati prodotti equivalenti così come indicato nel capitolato tecnico pag. 5: "Nel caso in cui la descrizione dei dispositivi oggetto dei lotti identifichi un prodotto riconducibile in modo univoco ad un'Azienda produttrice, costituirà offerta valida ogni altro prodotto che presenti caratteristiche analoghe a quelle richieste ed equivalenza nell'uso". Le specifiche tecniche richieste, infatti, devono consentire pari accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione e non devono comportare direttamente o indirettamente ostacoli ingiustificati alla concorrenza (art. 68 D.Lgs 50/16).</p>		<p>di cui all'art. 68 Dlg 50/2016, è possibile la presentazione di un prodotto con caratteristiche analoghe, che devono essere chiaramente indicate ed evidenziate nell'offerta tecnica da parte dell'operatore economico, così da consentire alla commissione giudicatrice di verificare l'effettiva equivalenza del dispositivo offerto.</p>
PI24982 9-23	<p>Con la presente siamo a chiedere se l'offerta economica, ovvero l'allegato 8, deve essere presentato esclusivamente in PDF, o solo Excel, oppure in entrambi i formati, tutti firmati digitalmente?</p>	Disciplinare di gara	<p>Si accettano entrambi i format purchè <u>l'offerta sia firmata digitalmente</u></p>
PI25157 8-23 PI25583 6-23 PI25680 8-23	<p>Vi segnaliamo che il CIG indicato in Tabella 1 relativo al lotto 17 è uguale a quello indicato per il lotto 18. Il CIG relativo al lotto 73 è uguale a quello per il lotto 74. Vi chiediamo di rettificare affinché si possano pagare i relativi CIG</p>	CIG LOTTI 17-18 – 73 - 74	<p>Si allega tabella CIG corretta con i refusi indicati, precisando che tale CIG sono i medesimi già indicati sulla piattaforma telematica SATER.</p>
PI25197 6-23	<p>Si chiede di rendere disponibile in piattaforma l'ALLEGATO A richiamato nella</p>	Disciplinare di gara	<p>Trattasi di refuso, l'allegato A si riferisce all'allegato 11 - Capitolato</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	documentazione di gara.		speciale, nel quale viene indicato per ogni lotto se l'Accordo quadro verrà stipulato con uno o più operatori economici.
PI25292 7-23	In riferimento al lotto 17 si chiede di rivedere la base d'asta posta, in quanto inadeguata alla quotazione di mercato.	Capitolato tecnico – Lotto 17	Si conferma la base d'asta indicata.
PI25402 7-23	LOTTO 112 se è confermata la B.A UNITARIA: di € 1.500,00 Visto il particolare utilizzo dei prodotti in questione, gli stessi risultano aver un prezzo di mercato decisamente più alto. Grazie	Capitolato tecnico – Lotto 112	Si conferma la base d'asta indicata
PI25507 6-23	Chiediamo di poter fornire i campioni in confezione primaria originale di vendita sterile, senza inviare anche la confezione secondaria di vendita originale in quanto non disponiamo di confezioni secondarie in esubero rispetto a quelle che contengono i dispositivi. Forniremmo comunque copia delle etichette esterne e delle IFU e, se lo riteneste necessario, le dimensioni e il peso della confezione secondaria di ogni prodotto campionato.	Campionatura	Si conferma la possibilità di presentare la campionatura così come indicato <u>esclusivamente per quei lotti dove il confezionamento non costituisce criterio di valutazione</u> , inoltre l'operatore economico dovrà chiaramente indicare all'interno della campionatura la composizione del confezionamento originario.