



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

Direttore avv. Morris Montalti

U.O. Programmazione e Acquisti di Beni e Servizi

Direttore avv. Morris Montalti

FASCICOLO 18 2022 11.4.1

GARA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “SISTEMI PER RACCOLTA, MOVIMENTAZIONE E PRODUZIONE DI EMOCOMPONENTI, DISTINTA IN N. 12 LOTTI AGGIUDICABILI PER SINGOLO LOTTO INTERO NON FRAZIONABILE, PER LE STRUTTURE TRASFUSIONALI DELL'AUSL DELLA ROMAGNA (CAPOFILA), AUSL BOLOGNA, AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA E AUSL DI IMOLA. ED 2”.

VALORE QUINQUENNALE POSTO A BASE D'ASTA RETTIFICATO € 14.544.741,76 –  
EX DETERMNA N. 2605 DEL 25/08/2023  
NUMERO GARA 9147702  
CUI F02483810392202100306

### **RISPOSTE AI QUESITI AL 31/08/2023**

#### **QUESITO 36) pervenuto a mezzo PEC al protocollo aziendale PI269703-23**

Spett.le Ente,

ringraziando della risposta al quesito in oggetto, come già indicato nel quesito, si richiedeva un maggior dettaglio relativo all'accessorio "cono luer-lock" per il prelievo del DMSO. Trattasi di adattatore? E' possibile vedere l'immagine del dispositivo attualmente in uso o che si intenderebbe impiegare? la dicitura impiegata non lo identifica univocamente e potrebbe essere da noi equivocata. Alleghiamo taluni adattatori che rientrano nella descrizione prevista. (le immagini le trovate in allegato) ...*(omissis)*.

#### **RISPOSTA 36 PI269703-23**

Per “cono luer-lock”, si intende un “perforatore luer-lock”: si ribadisce, come chiarito in risposta al QUESITO 15) PI241493-23, che: *“Per l’attribuzione del punteggio qualitativo è necessaria la presenza di un cono Luer-Lock, che potrà essere fornito congiuntamente o disgiuntamente al flacone per il prelievo del DMSO. Si precisa che al fine dell’attribuzione di detto punteggio qualitativo, deve essere offerto”*.