

**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI MEDICAZIONI AVANZATE - NUM. DI GARA: 9068902**

Il giorno 13 novembre 2023 alle ore 10.15 presso gli uffici dell'U.O. Acquisti beni e servizi dell'AUSL della Romagna sede di Pievesestina di Cesena si è riunita nuovamente la Commissione di aggiudicazione della gara in oggetto nominata con determinazione n. 1788 del 06/06/2023 composta da:

Dott. Stefano Costa	Dirigente Farmacia Centralizzata Pievesestina	Presidente
Dott.ssa Laura Valbonesi	Infermiera ADI Forlì – Cure primarie FO-CE	Componente
Dott.ssa Federica Carichini	Cure primarie FO-CE	Componente

al fine di verificare l'istanza presentata dalla Ditta Smith & Nephew S.r.l., pervenuta con pec del 31.10.2023 (Prot. in arrivo n. 2023/0288144/A del 02/11/2023), relativamente al lotto n. 6 della procedura in oggetto e trasmessa dal Responsabile del Procedimento – dott.sa Lucia Mambelli – ai componenti della commissione in data 06/11/2023.

Nell'istanza sopra richiamata la Ditta Smith & Nephew S.r.l., chiede "[...] annullamento della determina di aggiudicazione e contestuale esclusione n. 2994/2023, limitatamente al lotto n. 6. [...]" precisando che "[...] i requisiti minimi indicati nel capitolato prevedono l'offerta di "Medicazione in film di poliuretano adesivo, semipermeabile, trasparente, flessibile indicata per la prevenzione come protezione di aree a rischio e per il trattamento di lesioni superficiali o come medicazione secondaria nel fissaggio di altri prodotti per aumentarne l'efficacia. [...]" e che "E' evidente, quindi, che la documentazione di gara consente la possibilità di offrire alternativamente:

- a) medicazioni indicate per la prevenzione come protezione di aree a rischio e per il trattamento delle lesioni superficiali;
- b) medicazioni secondarie indicate nel fissaggio di altri prodotti. [...]"

La commissione, preso atto delle motivazioni soprariportate, ritiene opportuno e necessario procedere nuovamente alla verifica dei requisiti di minima ed alla valutazione delle offerte tecniche presentate per il lotto n. 6 dalla Ditta istante Smith&Nephew S.r.l. e dalle Ditte Essity Italy S.p.a., Fase S.r.l., Move & Find S.r.l. e Paul Hartmann S.p.a. precedentemente escluse per mancanza dei requisiti di minima.

Il risultato della valutazione è riportato nell'allegato 1 al presente verbale.


I giudizi aggiornati saranno riportati dal Presidente della Commissione nel sistema telematico Sater ed il Presidente si farà carico di consegnare il presente verbale sottoscritto al Responsabile del Procedimento.

Letto, approvato e sottoscritto,

Dott. Stefano Costa  
(Presidente)



Dr. Laura Valbonesi  
(Componente)



Dott.ssa Federica Carichini  
(Componente)



LOTTO 6

PUNTEGGIO COMPLESSIVO NON RIPARAMETRIZATO: somma tutti i punteggi parziali per singolo suo criterio. ATTENZIONE: ESCLUSE LE DITE CHE HANNO COMPLESSIVO NON RIPARAMETRIZATO QUALITÀ < 41 PUNTI						
F.A.S.E. S.R.L.	SMITH & NEPHEW S.R.L.	BENEFIS S.R.L.	DEALFA S.R.L.	ESSITY ITALY S.P.A.	PAUL HARTMANN S.P.A.	MOVE & FIND SOLUTION S.R.L.
24,00	80,00	62,00	80,00	68,00	52,00	23,00

SAC

LV

FC

PARAMETRI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA MATERIALE	PUNTI MAX	OFFERTE	GIUDIZIO DI DITE (da 0 a 1)	GIUDIZIO SINTETICO (esplicazione del giudizio di merito)	PUNTEGGIO PARAMETRO
Il punteggio verrà attribuito prendendo in considerazione i seguenti parametri:	MAX 80				
1 Presenza in superficie di una griglia che permetta di valutare le dimensioni della lesione	15	F.A.S.E. S.R.L. SMITH & NEPHEW S.R.L. BENEFIS S.R.L. DEALFA S.R.L. ESSITY ITALY S.P.A. PAUL HARTMANN S.P.A. MOVE & FIND SOLUTIONS S.R.L.	0,20 1,00 0,20 1,00 0,20 0,20 0,00	Scasso - presente la griglia sul primo strato removibile che non essendosi trasparente non permette la valutazione della lesione Ottimo - presente la griglia trasparente sul secondo strato Scasso - presente la griglia sul primo strato removibile che viene rimosso all'applicazione sulla cute Ottimo - presente la griglia trasparente sul secondo strato Scasso - presente la griglia sul primo strato removibile che non essendosi trasparente non permette la valutazione della lesione Scasso - presente la griglia sul primo strato removibile che non essendosi trasparente non permette la valutazione della lesione Non valutabile - non presente la griglia	3,00 15,00 3,00 15,00 3,00 3,00 0,00
2 Maneggevolezza e facilità di applicazione	25	F.A.S.E. S.R.L. SMITH & NEPHEW S.R.L. BENEFIS S.R.L. DEALFA S.R.L. ESSITY ITALY S.P.A. PAUL HARTMANN S.P.A.	0,20 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60	Scasso - Il punto di apertura dello strato primario non risulta evidente, mentre lo è quello dello strato secondario che induce quindi ad un'erronea apertura della medicazione e conseguente inutilizzo della stessa. Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Sufficiente - Dopo la rimozione dello strato primario il film di pollicerino tende ad attaccarsi su se stesso con conseguente inutilizzabilità	5,00 25,00 25,00 25,00 25,00 15,00
3 Adesività e conseguente automatizzata alla rimozione	15	MOVE & FIND SOLUTIONS S.R.L. F.A.S.E. S.R.L. SMITH & NEPHEW S.R.L. BENEFIS S.R.L. DEALFA S.R.L. ESSITY ITALY S.P.A. PAUL HARTMANN S.P.A. MOVE & FIND SOLUTIONS S.R.L.	0,20 0,40 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60	Scasso - Il punto di apertura dello strato primario non risulta evidente, mentre lo è quello dello strato secondario che induce quindi ad un'erronea apertura della medicazione e conseguente inutilizzo della stessa. Insufficiente - Scarso adesività Ottimo Ottimo Ottimo Sufficiente - sufficiente automatizzata, relativamente all'adesività si rievca che nelle prove di sfregamento la medicazione tende ad attaccarsi Insufficiente - Scarso adesività Insufficiente - Scarso adesività	5,00 6,00 15,00 15,00 15,00 15,00 9,00
4 Conformabilità, elasticità e modellabilità	15	F.A.S.E. S.R.L. SMITH & NEPHEW S.R.L. BENEFIS S.R.L. DEALFA S.R.L. ESSITY ITALY S.P.A. PAUL HARTMANN S.P.A. MOVE & FIND SOLUTIONS S.R.L.	0,40 1,00 0,60 1,00 1,00 1,00 0,60	Insufficiente - Scarso adesività Ottimo. Ottimo conformabilità, elasticità e modellabilità Sufficiente. Nel fissaggio della medicazione in prominenze ossee e in zone con plich cutanei l'elasticità e la conformabilità risultano essere appena sufficienti. Ottimo. Ottimo conformabilità, elasticità e modellabilità Ottimo. Ottimo conformabilità, elasticità e modellabilità Sufficiente. Sono presenti pieghe che rendono solo sufficiente la conformabilità.	6,00 15,00 9,00 15,00 15,00 15,00 9,00
5 Resistenza alla rottura durante la rimozione	10	F.A.S.E. S.R.L. SMITH & NEPHEW S.R.L. BENEFIS S.R.L. DEALFA S.R.L. ESSITY ITALY S.P.A. PAUL HARTMANN S.P.A. MOVE & FIND SOLUTIONS S.R.L.	0,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,40	Insufficiente. In alcune occasioni durante le prove effettuate, sia all'applicazione che alla rimozione, la medicazione si è rotta. Ottimo Ottimo Ottimo Ottimo Insufficiente. In alcune occasioni durante le prove effettuate, sia all'applicazione che alla rimozione, la medicazione si è rotta.	4,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 4,00