

Allegato 1	FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE, NONCHÉ DEL NOLEGGIO E DELLA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE E RELATIVA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI DEDICATI PER ANESTESIA E RIANIMAZIONE, PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA, SUDDIVISA IN 102 LOTTI, DA AGGIUDICARE SINGOLARMENTE. NUMERO GARA: 8608360.				
N. Lotto	Descrizione del dispositivo (requisiti di minima)	Criterio di aggiudicazione	Operatore economico partecipante	GIUDIZIO RISPETTO ALL'IDONEITÀ DEL PRODOTTO OFFERTO *Conforme alle caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato tecnico. **Non conforme alle caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato tecnico (motivazione).	Idoneo/NON Idoneo
	DISPOSITIVI SOVRAGLOTTIDEI				
52	Assorbitore di biossido di carbonio a base di idrossido di Calcio privo di basi forti (sodio, potassio, bario); in granuli con diametro compreso tra mm 2 e mm 4 circa. Potere di assorbimento di CO2 pari o maggiore di 120 L/kg. Il viraggio dei granuli, al loro prossimo esaurirsi, deve risultare irreversibile. Confezionamento in tanica da 5 litri.	Prezzo più basso (previa valutazione di idoneità tecnica)	AIESI SAS	Prodotto non conforme [REDACTED]	Non Idoneo
			DRAEGER SPA	Prodotto non conforme [REDACTED]	Non Idoneo
			FLEXICARE SRL	Prodotto non conforme [REDACTED]	Non Idoneo
			HOSPITAL SOLUTION SRL	Prodotto conforme alle caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato tecnico.	Idoneo
			INTERSURGICAL SPA	Prodotto conforme alle caratteristiche tecniche richieste nel Capitolato tecnico.	Idoneo