



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTROCATETERI PER ELETTROFISIOLOGIA

COMUNICAZIONE

In relazione alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito:

Cesena 22/01/2024

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI01042 7-24	In merito alla base d'asta del lotto 5 si sottolinea che la quotazione indicata non è in linea con l'attuale andamento del mercato nazionale, si chiede quindi la possibilità di partecipare travalicando l'importo indicato.	Capitolato tecnico – Lotto 5	Si conferma la base d'asta indicata e l'impossibilità, pena esclusione, di superarla.
PI01012 2-24	1) In riferimento al punto "a) Relazione tecnica" dell'Offerta Tecnica siamo a chiedere conferma che i riferimenti di pagina e paragrafo in cui sono riportate le informazioni possano essere anche relativi all'ulteriore documentazione tecnica allegata in gara (es. Depliant, Brochure ecc) 2) In riferimento alla campionatura si chiede conferma che vada campionato solo il prodotto principale offerto e non eventuali accessori (es. Cavi, Deflussori).	Disciplinare di gara Art. 16 e Campionatura	1)Si conferma quanto indicato nel disciplinare art. 16 punto a). 2)Si conferma che per le prove in uso, necessita fornire campionatura idonea compresa di eventuali accessori, laddove necessari.
PI00624 9-24	1) Siamo cortesemente a richiedere una rivalutazione economica delle attuali basi d'asta, individuate per i Lotti nn. 3, 5 e 11. Le attuali condizioni risultano essere infatti, eccessivamente basse per prodotti tecnologicamente importanti quali sono quelli oggetto di tale procedura. A conferma della non congruità delle basi d'asta dei lotti sopra citati, si riportano le basi d'asta praticate nella medesima Vs. Regione, in altra procedura di gara (anno 2023 – USL Bologna), per dispositivi analoghi: Lotto 3 - € 90,00 cad. Vs € 69,00 cad. (base d'asta Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna)	Capitolato tecnico – Lotti 3,5 e 11	Si confermano le basi d'asta. Per tutti i lotti con oggetto cateteri, sono richiesti cavi in sconto merce. Si precisa che a fronte dell'acquisto di 5 cateteri verrà richiesto un cavo, specificando che il primo cavo sarà richiesto contestualmente al primo catetere ordinato. I lotti oggetto della presente procedura saranno aggiudicati come da disciplinare e capitolato, non in accordo quadro.

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>Lotto 5 - € 110,00 cad. Vs € 95,00 cad. (base d'asta Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna)</p> <p>Lotto 11 - € 910,00 cad. Vs € 790,00 cad. (base d'asta Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna)</p> <p>Seppur anche i valori sopra citati e relativi ad altra procedura, rappresentavano prezzi a base d'asta bassi e non in linea con i prezzi applicati da tutte le aziende nella quasi totalità delle strutture pubbliche, il confronto riportato vuole evidenziare la necessità di una rivalutazione dei parametri economici oggi presenti nei lotti 3-5-11.</p> <p>Inoltre, per tutti i lotti con oggetto cateteri, sono richiesti cavi in sconto merce, senza l'indicazione delle relative quantità. Tale elemento grava ancor di più sul prezzo a base d'asta che riteniamo essere assolutamente non congruo.</p> <p>2) Si chiede di specificare se i lotti oggetto della presente procedura saranno aggiudicati per mezzo di un accordo quadro, posto che nella documentazione, viene citata tale metodo di aggiudicazione.</p>		
PI00193 3-24	<p>1) Si segnala che nel DGUE da compilare a sistema sono stati impostati come obbligatori i campi della parte IV sez. B e C relative alla capacità economica finanziaria e tecnico professionale. Essendo indicato da Disciplinare che non sono richiesti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale siamo a chiedere di modificare il DGUE togliendo le sezioni B e C o impostandone i campi come non obbligatori.</p> <p>2) in merito alla GARANZIA PROVVISORIA si chiede conferma che in conformità alla vigente normativa in materia di contratti pubblici (D.lgs n. 36/23), NON sia più richiesto l'impegno del Fideiussore al rilascio della garanzia definitiva (nonostante lo stesso sia riportato nella Scheda</p>	Disciplinare di gara Art. 15 e Art. 10	<p>Si riscontrano i quesiti come segue:</p> <p>1) Non è possibile modificare un DGUE strutturato su procedura già pubblicata.</p> <p>2) SI CONFERMA, non è più richiesto l'impegno.</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	tecnica 1.1 facente riferimento allo Schema tipo 1.1. del dm 16 settembre 2022, n. 193)		
PI01302 7-24	Si chiedono i seguenti chiarimenti: 1. In riferimento al lotto 8 si chiede di confermare che saranno accettati in offerta cateteri con calibro compreso tra 6 e 7 Fr. 2. In riferimento al lotto 9-10-11 e alla richiesta di fornitura di patch, come condizione di minima, si chiede di confermare che per patch si intendano le Piastre, necessarie per un corretto svolgimento della procedura di ablazione.	Capitolato tecnico – lotto 8	1)Si conferma quanto descritto in capitolato. 2)Si conferma.
PI01584 2-24	In riferimento al quesito PI387619-23, si specifica che il DGUE viene richiesto in due campi. Il primo è quello apposito, al di fuori della tabella della documentazione amministrativa, laddove si genera il file stesso di partenza. In più v'è un campo denominato DGUE anche all'interno della tabella della doc amministrativa. Il DGUE va pertanto caricato due volte?	Disciplinare di gara Art. 15	La presenza di due punti in cui viene richiesto di allegare il DGUE dipende dall'impostazione effettuata in fase di predisposizione della Gara, poichè risulta un'ulteriore riga nella lista allegati con la medesima richiesta. Ad ogni modo, su tutte le buste amministrative delle offerte viene data evidenza dei dati mancanti, ma è consentito l'invio dell'offerta anche in assenza di uno o più allegati.