



PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI ELETTROCATETERI PER ELETTROFISIOLOGIA

COMUNICAZIONE

In relazione alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito:

Cesena 24/01/2024

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI009158-24	<p>Si pongono i seguenti quesiti:</p> <p>Lotto n. 1, lotto n. 2, lotto n. 3, lotto n. 5, lotto n. 15: per quanto riguarda il requisito di torsione 1:1 l'attribuzione del punteggio è di consueto discrezionale in quanto la stessa è impossibile da dimostrare con la sola documentazione tecnica. Trattandosi di valutazione discrezionale si richiede quindi con quale criterio sarà attribuito il punteggio.</p> <p>Lotto n. 2: l'attribuzione del punteggio per la gamma di curve indica 10 punti. Chiediamo conferma che il catetere dritto non sia assimilabile ad una curva (proprio perchè non lo è) e che pertanto i 10 punti vengano assegnati solo a chi ha effettivamente due curve diverse tra loro. Si fa presente che nell'attribuzione del punteggio dei calibri sono assegnati 10 punti. Ci preme segnalare che gli ultimi due parametri di valutazione risultano essere nella disponibilità di una sola azienda penalizzando gli altri concorrenti che non possono partecipare con pari possibilità.</p> <p>Lotto n. 17: facciamo presente che non solo la base d'asta non è adeguata a quelli che sono gli attuali prezzi di mercato ma che la base d'asta stabilita per la procedura non ha tenuto conto della revisione che ci è stata accordata a € 8,84 su gara precedente di cui eravamo gli aggiudicatari e tanto meno ha tenuto conto della base d'asta della recente gara pubblicata</p>	<p>Capitolato tecnico – Lotto 1,2, 3, 5, 15, 17</p>	<p>Si riscontrano i quesiti come segue:</p> <p>1) Lotti 1, 2, 3, 5 e 15: la valutazione si baserà sulle prove in uso della campionatura, a discrezione della commissione giudicatrice;</p> <p>2) Lotto 2: si confermano i parametri e i criteri indicati nell'attribuzione dei punteggi;</p> <p>3) Lotto 17: Per tutte le richieste pervenute sulla base d'asta dei lotti, la Stazione Appaltante si riserva di fare ulteriori verifiche e pertanto procederà a differire, dandone anche preventiva comunicazione, la scadenza presentazione offerte e la data di prima seduta.</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>da Intercenter per il fabbisogno delle strutture dell'Emilia che era di € 9,68. Alla luce di quanto sopra chiediamo che la base d'asta venga modificata per essere adeguata agli attuali prezzi di mercato o che sia consentito di poterla superare.</p>		
PI001503-24	<p>1) In riferimento ai lotti 1 e 2, si chiede cortesemente di rialzare l'importo a base d'asta al fine di renderlo congruo al valore di mercato dei prodotti richiesti;</p> <p>2) In riferimento alla campionatura indicata alle pagine 21-22 del Disciplinare si fa presente che non sono stati indicati nella documentazione di gara i quantitativi richiesti. Si chiede pertanto conferma che si tratti di refuso e che la campionatura NON sia da inviare in fase di presentazione dell'offerta di gara ma che sarà eventualmente richiesta successivamente tramite comunicazione da parte della Stazione Appaltante;</p> <p>3) In riferimento al punto e) dell'Offerta Economica si chiede conferma che la presentazione dei Giustificativi d'Offerta sia facoltativa.</p>	<p>Capitolato tecnico – Lotti 1 e 2; Campionatura e disciplinare di gara</p>	<p>1) Per tutte le richieste pervenute sulla base d'asta dei lotti, la Stazione Appaltante si riserva di fare ulteriori verifiche e pertanto procederà a differire, dandone anche preventiva comunicazione, la scadenza presentazione offerte e la data di prima seduta.</p> <p>2) Si conferma che per le prove in uso, necessita fornire campionatura idonea compresa di eventuali accessori, laddove necessari. Quanto ai quantitativi sono necessari due campioni di cui uno sterile per le predette prove in uso.</p> <p>3) Si conferma quanto indicato in disciplinare in merito alla presentazione dei giustificativi.</p>
PI012015-24	<p>Con la presente siamo a chiedere i seguenti chiarimenti:</p> <p>1) In riferimento al lotto 3, e in particolare al parametro di valutazione “Disponibilità di lunghezze comprese tra 60 e 95 cm” si chiede di confermare che si richieda la “disponibilità di Lunghezze comprese tra 100 e 125cm” come riportato nelle caratteristiche minime.</p> <p>2) Si chiede alla stazione appaltante la possibilità di offrire in sconto merce 1 cavo di connessione ogni 10 cateteri, essendo tali cavi progettati per essere riutilizzati e sterilizzati fino a 10 volte (come indicato nelle loro IFU).</p> <p>3) In riferimento al lotto 9 e al lotto 10, si chiede di confermare che verranno considerati idonei anche elettrocateri per ablazione RF presentanti curvatura bidirezionale ma soltanto simmetrica. La possibilità di offrire elettrocateri</p>	<p>Capitolato tecnico – Lotto 3</p>	<p>1) Si conferma quanto indicato in capitolato, specificando che lunghezze comprese tra 60 e 95 cm costituiscono un valore aggiunto;</p> <p>2) Per tutti i lotti con oggetto cateteri, sono richiesti cavi in sconto merce. Si precisa che a fronte dell'acquisto di 5 cateteri verrà richiesto un cavo, specificando che il primo cavo sarà richiesto contestualmente al primo catetere ordinato;</p> <p>3) “In riferimento al lotto 9 e al lotto 10, si conferma che verranno considerati idonei gli elettrocateri per ablazione RF presentanti curvatura bidirezionale sia simmetrica che asimmetrica, ma la possibilità di offrire elettrocateri con curvatura bidirezionale asimmetrica verrà valorizzata;</p> <p>4) Si conferma che si intende la presenza di un manipolo dotato di meccanismo di controllo.</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>con curvatura bidirezionale asimmetrica verrà infatti valorizzata attraverso i parametri di valutazione, in particolare con il requisito preferenziale “Asimmetria delle curve direzionali”.</p> <p>4) In riferimento al lotto 9 e al lotto 10 e in particolare al parametro di valutazione “Disponibilità di manipolo con meccanismo di deflessione con controllo di tensione della punta” si chiede conferma che si intenda la presenza di un manipolo dotato di meccanismo di controllo o di blocco della curva distale?</p> <p>5) Con riferimento al lotto 11 e in particolare alla richiesta di elettrocatereteri per ablazione RF con “necessità di dimensioni maggiori della lesione ablativa” si chiede di confermare che verranno considerati idonei soltanto cateteri ablatori irrigati di nuova generazione, presentanti quindi punta flessibile o porosa.</p> <p>6) In riferimento alla caratteristica minima richiesta nel lotto 12 per l’ago “acciaio inox” si chiede conferma che si intenda un ago costituito da un unico blocco di fusione realizzato in acciaio inox.</p> <p>7) Con riferimento al lotto 12 e alla richiesta di ago transettale con “Disponibilità di punte diverse” si chiede di confermare che si intenda la presenza di diversi tagli della punta, al fine di avere un taglio della punta più marcato e affilato per facilitarne l’adattamento alle anatomie più complesse.</p>		<p>5)Con riferimento al lotto 11 e in particolare alla richiesta di elettrocatereteri per ablazione RF con “necessità di dimensioni maggiori della lesione ablativa” si conferma che verranno considerati idonei soltanto cateteri ablatori irrigati di nuova generazione, presentanti quindi punta flessibile o porosa.</p> <p>6)In riferimento alla caratteristica minima richiesta nel lotto 12 per l’ago “acciaio inox” si conferma che si intende un ago costituito da un unico blocco di fusione realizzato in acciaio inox.</p> <p>7) Lotto 12: Si conferma che si intende la presenza di diversi tagli della punta.</p>
PI015325-24	<p>In riferimento alle basi d’asta indicate nei documenti di gara per i Lotti 1-3-4-5-6-8-9-10-11, si fa presente che i valori riportati non consentono di poter formulare un’offerta congrua e profittevole, in considerazione dell’aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi della logistica che in questi ultimi mesi e anni sta caratterizzando l’economia mondiale e che mette sotto pressione anche le aziende produttrici di dispositivi medici, costrette ad affrontare un cospicuo aumento nei costi di produzione e di fornitura. Le succitate basi</p>	<p>Capitolato tecnico – Lotti 1-3-4-5-6-8-9-10-11</p>	<p>A rettifica delle risposte già pubblicate riguardo le basi d’asta dei lotti, si comunica che per tutte le richieste pervenute, la Stazione Appaltante si riserva di fare ulteriori verifiche e pertanto procederà a differire, dandone anche preventiva comunicazione, la scadenza presentazione offerte e la data di prima seduta.</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>d'asta, infatti, sono significativamente inferiori ai prezzi attualmente praticati e in corso di validità nei contratti per forniture analoghe su tutto il territorio regionale e nazionale. La formulazione di un'offerta congrua risulterebbe superiore alla base d'asta e di conseguenza impraticabile se non con effetto di esclusione dalla procedura di gara. Chiediamo di voler cortesemente prendere in considerazione i rilievi sopra formulati, verificando la correttezza degli importi indicati come basi d'asta e di adeguare, conseguentemente, gli importi all'effettivo andamento del mercato in questo momento storico e alle basi d'asta fissate da altri enti anche nel Vs territorio. A titolo esemplificativo si cita la "GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA BIENNALE, SUDDIVISA IN LOTTI, DI ELETTROCATETERI PER ELETTROFISIOLOGIA PER LE ESIGENZE DELL'AUSL BOLOGNA (AUSL BO) E PER CONTO DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA (IRCCS AOU BO), DELL'AUSL IMOLA, DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA (AOU FE) E DELL'AUSL FERRARA (AUSL FE), pubblicata in data 28/03/2023.</p>		
PI008814-24	<p>Si richiede con la presente una revisione delle basi d'asta dei vari lotti componenti la gara, anche in considerazione della recente procedura aperta per elettrocateri per elettrofisiologia bandita a Marzo 2023 dalla Az. USL di Bologna per le Aziende Sanitarie dell'Area Vasta Emilia Centro. Nell'attuale gara bandita dal Vs. Spettabile Ente le basi d'asta per le medesime tipologie di prodotto sono più alte del 15%-30% a seconda dei vari lotti. Questo potrebbe far sì che diversi lotti risultino deserti o comunque portare in realtà a una non concorrenza in quanto la maggior</p>	Capitolato tecnico	<p>A rettifica delle risposte già pubblicate riguardo le basi d'asta dei lotti, si comunica che per tutte le richieste pervenute, la Stazione Appaltante si riserva di fare ulteriori verifiche e pertanto procederà a differire, dandone anche preventiva comunicazione, la scadenza presentazione offerte e la data di prima seduta.</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI017060-24	<p>parte delle aziende sarebbe impossibilitata a partecipare.</p> <p>In riferimento alle basi d'asta indicate nei documenti di gara per i Lotti 1-3-4-5-6-8-9-10-11-14, si fa presente che i valori riportati non consentono di poter formulare un'offerta congrua e profittevole, in considerazione dell'aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi della logistica che in questi ultimi mesi e anni sta caratterizzando l'economia mondiale e che mette sotto pressione anche le aziende produttrici di dispositivi medici, costrette ad affrontare un cospicuo aumento nei costi di produzione e di fornitura. Le succitate basi d'asta, infatti, sono significativamente inferiori ai prezzi attualmente praticati e in corso di validità nei contratti per forniture analoghe su tutto il territorio regionale e nazionale. La formulazione di un'offerta congrua risulterebbe superiore alla base d'asta e di conseguenza impraticabile se non con effetto di esclusione dalla procedura di gara. Chiediamo di voler cortesemente prendere in considerazione i rilievi sopra formulati, verificando la correttezza degli importi indicati come basi d'asta e di adeguare, conseguentemente, gli importi all'effettivo andamento del mercato in questo momento storico e alle basi d'asta fissate da altri enti anche nel Vs territorio. A titolo esemplificativo si cita la "GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI FORNITURA BIENNALE, SUDDIVISA IN LOTTI, DI ELETTROCATETERI PER ELETTROFISIOLOGIA PER LE ESIGENZE DELL'AUSL BOLOGNA (AUSL BO) E PER CONTO DELL'IRCCS AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI BOLOGNA (IRCCS AOU BO), DELL'AUSL IMOLA, DELL'AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI FERRARA (AOU FE) E DELL'AUSL FERRARA (AUSL FE), pubblicata</p>		<p>A rettifica delle risposte già pubblicate riguardo le basi d'asta dei lotti, si comunica che per tutte le richieste pervenute, la Stazione Appaltante si riserva di fare ulteriori verifiche e pertanto procederà a differire, dandone anche preventiva comunicazione, la scadenza presentazione offerte e la data di prima seduta.</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	in data 28/03/2023.		