

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale  
Direttore avv. Morris Montalti

U.O. Acquisti Beni e Servizi  
Direttore avv. Morris Montalti

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO (2^ EDIZIONE), SUDDIVISA IN 17 LOTTI, PER LA CONCLUSIONE IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO DI UN ACCORDO QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA PER UNA DURATA DI 48 MESI - IMPORTO A BASE D'ASTA € 4.997.200,00 (IVA ESCLUSA) - QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO € 22.674.795,00 (IVA ESCLUSA).**

## **CHIARIMENTI**

**PI188687-24**

**QUESITO:** Buongiorno, si chiede se possibile suddividere il lotto 12 in 9 lotti differenti in modo da poter partecipare autonomamente ad ognuno.

Ringraziamo per il Vs. cortese riscontro.

**RISPOSTA:** Si conferma la struttura del lotto in questione come descritta dall'allegato A al capitolato tecnico.

## **CHIARIMENTI**

**PI189217-24**


**QUESITO:** Buongiorno,

In riferimento alla procedura di gara in oggetto formuliamo i seguenti chiarimenti:

- CAMPIONATURA LOTTO 12: nel capitolato tecnico all'art. 4 c'è l'indicazione "la campionatura ....deve essere presentata nelle confezioni originali di vendita", considerando che le confezioni originali di vendita (generalmente scatole da 1.200/1.500 pz.) devono essere trasmesse per ogni sub lotto risultando molto voluminose, è possibile inviare campionatura, come concordato nei precedenti chiarimenti in misura ridotta, per ogni sub lotto unitamente alla fotocopia della confezione originale di vendita per ogni prodotto?

Rimaniamo in attesa di Vs. riscontro in merito e porgiamo Cordiali Saluti

**RISPOSTA:** Si conferma.



## **CHIARIMENTI**

### **PI189275-24**

**QUESITO:** Spett. Le Azienda,

inviando le seguenti richieste di chiarimento:

- segnaliamo che, come da come da autorizzazione rilasciatoci in data 07 aprile 2017 dall'Agenzia delle Entrate, il pagamento dell'imposta di bollo sarà effettuato in modalità "virtuale": a comprova verrà presentata una autodichiarazione in busta amministrativa;
- si chiede conferma se il listino prezzi è di riferimento alla tipologia di prodotto per ciascuno dei lotti partecipati dall'operatore economico;
- si chiede conferma che la dichiarazione giustificazione prezzi sia facoltativa, in quanto risulta valore obbligatorio nell'inserimento in piattaforma telematica.

In attesa di Vostro riscontro, porgiamo Cordiali saluti.

**RISPOSTA:** Con riferimento ai quesiti formulati, si conferma che il listino prezzi debba essere riferito alla tipologia di prodotti presente in gara, e si conferma la richiesta di presentazione obbligatoria dei giustificativi di prezzo, come da precedente chiarimento fornito.

## **CHIARIMENTI**

### **PI190924-24**

**QUESITO:** In riferimento alla gara in oggetto si richiede quanto segue: si chiede conferma che, essendo presenti sul mercato elettrodi che hanno destinazione d'uso certificata per adulti e pediatrici, venga consentito di poter offrire lo stesso codice sia alla voce elettrodo 4 mm adulti che a quella 4 mm pediatrico.

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

**RISPOSTA:** Si conferma, nel rispetto delle caratteristiche tecniche di minima previste da ciascun sub-lotto.