



FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI E PARAFARMACI PER MALATTIE RARE

**COMUNICAZIONE**

In relazione alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito:

Cesena, 19/07/2024

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI262826-24	<p>Buongiorno, si chiede quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- si chiede di verificare il prezzo del set resistori in quanto crediamo che il prezzo indicato, essendo basso, sia da intendersi per singolo resistore e non per il set da 8 pz;</li><li>- si chiede se il manometro richiesto dovrà essere utilizzato con il kit PEP mask. In questo caso i manometri per questo utilizzo sono tarati per la lettura dei cm H<sub>2</sub>O e in pressione positiva o negativa -30/+30 cmH<sub>2</sub>O o -50/+50 cm H<sub>2</sub>O. Nel caso si chiede inoltre la verifica del prezzo che risulta essere basso rispetto al prezzo di mercato; CAMPIONATURA - per il lotto 20 viene richiesta campionatura per ogni singola voce, si vuole far notare che per le voci dalla A alla E la valvola è sempre la stessa varia la misura della maschera o il boccaglio. Onde evitare che OE debba presentare una campionatura di valore molto elevato, si chiede di poter inviare una sola valvola e la campionatura delle singole misure di maschera e boccaglio.</li></ul>	Capitolato tecnico: lotti 20 - 21	<p>In relazione al quesito proposto:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- si conferma il valore a base d'asta indicato per il set resistori;</li><li>- si conferma il valore a base d'asta per il manometro; si conferma la pressione di riferimento indicata in quanto deve essere utilizzato con il sistema pari pep system;</li><li>- si conferma la possibilità di presentare una sola valvola, se trattasi del medesimo dispositivo offerto su più riferimenti, specificando sul campione i riferimenti dei quali si tratta.</li></ul>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI272999-24	<p>Spett.le Ente</p> <p>In riferimento al punto 17 – CAMPIONATURA del disciplinare di gara, siamo a domandare se tale richiesta sia un refuso oppure se sia una condizione valida solo per dispositivi medici di nuova commercializzazione.</p> <p>A tal proposito, si specifica che la scrivente ditta fornisce in esclusiva su tutto il territorio nazionale parte degli articoli richiesti in questa sede di gara, già da numerosi anni, e nel caso specifico del vs Ente, è in corso una fornitura iniziata nel 2021. La commissione giudicatrice dunque, ha già esperienza e conoscenza in merito ai dispositivi da noi commercializzati.</p> <p>Per quanto sopra detto, chiediamo l'esonero dall'invio della campionatura.</p> <p>Cordiali saluti.</p>	Disciplinare di gara: lotto 17	<p>In relazione al quesito proposto:</p> <p>Si conferma la necessità di invio della Campionatura così come previsto all'art. 17 del disciplinare di gara e secondo quanto richiesto da capitolato. Si evidenzia che la campionatura sarà restituita agli OE alla conclusione della procedura di gara su richiesta degli OE.</p> <p>-</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI273046-24	Gentilissimi per ogni lotto è necessario procedere con singoli pagamenti di imposta di bollo, giusto?	Disciplinare di gara: All. D – Schema domanda di Partecipazione Imposta di Bollo	In relazione al quesito proposto: si conferma che a pag.1 dell'All. D - SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI AMMINISTRATIVE INTEGRATIVE è prevista la descrizione del lotto/i per i quali si intende partecipare. Non è pertanto necessario procedere con singoli pagamenti di imposta di bollo per ogni lotto: è sufficiente un solo pagamento nelle modalità indicate nell'All. D.

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI275330-24	<p>Spettabile Ente, In relazione alla procedura in oggetto, si desidera sottoporre alla Vs. spettabile attenzione alcune criticità, emerse dalla lettura de "Allegato B ) Capitolato tecnico.pdf" e ritenute a nostro parere suscettibili di chiarimenti. In particolare, relativamente al Lotto 20 segnaliamo quanto segue:</p> <p>1. La base d'asta dei prodotti non è in linea con gli attuali prezzi di mercato. In particolare, la base d'asta lotto 20 con RIF A, B, C, D, E, F, G, H, L, M è significativamente più bassa rispetto alle aggiudicazioni dello scorso anno, comprese quelle nella regione Emilia Romagna.</p> <p>2. Il <b>Lotto 20 con RIF G</b>, ovvero il set di resistori – conf. 8 pezzi - la base d'asta pari a € 3,41 è erroneamente attribuita al set ma tale prezzo è relativo ad un singolo pezzo non vendibile separatamente. Pertanto si chiede di modificare la base asta.</p> <p>3. Il <b>Lotto 20 RIF H</b>, Il boccaglio viene venduto in confezione indivisibile di 3 pezzi.</p> <p>Relativamente al <b>Lotto 21</b> segnaliamo la non conformità della base d'asta all'attuale prezzo di mercato e di distribuzione sul territorio. Vi chiediamo gentilmente di fornirci ulteriori dettagli e chiarimenti su questi punti per poter procedere con una corretta valutazione e partecipazione alla gara. Ringraziandovi anticipatamente per la collaborazione, restiamo in attesa di un vostro cortese riscontro</p>	<p>1) Disciplinare di gara: <b>lotto 20 con RIF A, B, C, D, E, F, G, H, L, M</b></p> <p>2) <b>Lotto 20 con RIF G</b></p> <p>3. <b>Lotto 20 RIF H</b></p> <p>4) <b>Lotto 21</b></p>	<p>1) In relazione al quesito proposto: è stata aggiornata la base d'asta e si è provveduto a caricare capitolato tecnico e modello scheda offerta economica aggiornati;</p> <p>2) in relazione al quesito proposto: è stata aggiornata la base d'asta, si è provveduto a caricare capitolato tecnico e modello scheda offerta economica aggiornati.</p> <p>3) In relazione al quesito proposto: è stata aggiornata la base d'asta, si è provveduto a caricare capitolato tecnico e modello scheda offerta economica aggiornati.</p> <p>4) In relazione al quesito proposto: si conferma il prezzo a base d'asta</p>
Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI275719-24	<p>Spett. Le Ente, Si Richiede Se Per I Lotti 23 e 24 Richiedono Un Sistema Con Boccaglio Oppure Necessitano Di Maschere Pediatriche Medie E Grandi O Entrambi I Sistemi Cordiali Saluti</p>	<p>1) Disciplinare di gara: <b>lotto 23</b></p> <p>2) <b>Lotto 24</b></p>	<p>In relazione al quesito proposto: si intende sistema con boccaglio;</p> <p>in relazione al quesito proposto: si prevede l'utilizzo con una cannula nasale.</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI277426-24	Spett. Le Ente, si richiede se per il lotto 22 si richiede un sistema con boccaglio oppure necessita di maschere pediatriche medie e grandi o entrambi i sistemi	1) Disciplinare di gara: <b>lotto 22</b>	In relazione al quesito proposto: per il lotto 22 si intende un sistema con boccaglio;

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI278094-24	Gentilissimi, Per quanto concerne il lotto 12, le sacche devono essere fornite di singoli deflussori ( METTI DETTAGLIO CONFEZIONE) o potrebbe andar bene quello che solitamente ci è stato richiesto (DETTAGLIO SACCHE E DEFLUSSORE)  Cogliamo l'occasione per chiedere se possiamo consegnare la campionatura a mano, senza passare per i corrieri.	1) Disciplinare di gara: <b>lotto 12</b>  2) Disciplinare di gara: Campionatura	In relazione al quesito proposto: Si conferma che non è necessario che ci sia un deflussore corrispondente ad ogni sacca  In relazione alla consegna della campionatura si precisa che è consentita la consegna della campionatura personalmente durante gli orari di apertura della segreteria agli orari di seguito indicati: da lunedì a giovedì – ore 9:00-16:30; venerdì – ore 9:00-14:00  telefono segreteria acquisti: 0547 394453 - 4447

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI284640-24	si chiede se è possibile predisporre un'unica cauzione provvisoria con l'indicazione di tutti i lotti per i quali si partecipa, avente come importo la somma di quelli indicati per ciascun lotto, con l'applicazione delle riduzioni per possesso delle certificazioni. si attende indicazione in merito per procedere.	Disciplinare di gara: cauzione provvisoria	In relazione al quesito proposto: si conferma la possibilità di predisporre un'unica cauzione provvisoria con l'indicazione di tutti i lotti per i quali si partecipa, avente come importo la somma di quelli indicati per ciascun lotto, con l'applicazione delle riduzioni eventualmente applicabili

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI284596-24	Buon pomeriggio, si richiedono i seguenti chiarimenti: -Per i lotti dal 25 al 33, per questione di integrità dei prodotti/confezionamenti/trasporto/qualità si chiede di poter indicare in offerta tecnica il minimo d'ordine e successivi multipli che dovranno essere rispettati in fase di ordine, in caso di aggiudicazione.  -si chiede conferma che per i lotti 25-26-27 sia possibile offrire più misure diverse di uno stesso prodotto, allo stesso prezzo. In fase ordine sarà necessario indicare l'esatta misura necessaria.	Lotti dal 25 al 33  lotti 25-26-27	In relazione al quesito proposto: Si conferma la possibilità di indicare il minimo d'ordine e successivi multipli.  In relazione al quesito proposto: Si conferma la possibilità di offrire misure diverse allo stesso prezzo.

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI284558-24	La richiesta di chiarimenti in merito alla CAMPIONATURA da fornire per i lotti dal 34 al 39, tiene conto, oltre al valore delle pompe, anche il criterio applicato per l'aggiudicazione, ovvero quello del minor prezzo. si chiede quindi di fornire le pompe solo se espressamente richiesto in fase di valutazione tecnica, se la documentazione non dovesse risultare sufficiente. Restiamo in attesa di Vs. cortese riscontro. Grazie e saluti	Campionatura Lotti dal 34 al 39	In relazione al quesito proposto: si conferma la necessità di trasmettere la campionatura indicata che sarà restituita nei termini indicati dal disciplinare di gara.

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI284548-24	Buon pomeriggio, in riferimento alla CAMPIONATURA per i lotti 34 -35 -36 -37 -38 -39, tenendo conto del valore economico del singolo pezzo/pompa, si chiede di poter fornire i campioni solo su Vs. richiesta, se necessario, in fase di valutazione delle offerte tecniche o quanto meno 1 sola pompa per terapia, visto che le impostazioni sono le medesime. (1 per i lotti 34-35; una per i lotti 36-37-38-39).	Campionatura Lotti 34 -35 -36 -37 -38 -39	In relazione al quesito proposto: si conferma la necessità di trasmettere la campionatura indicata che sarà restituita nei termini indicati dal disciplinare di gara.

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI284625-24	Per i lotti dal 36 al 39 si chiede conferma che la tipologia di pompe richiesta è quella di pompe elettroniche, precise e con impostazione per dosaggio e/o tempo, portatili senza collegamento alla rete elettrica o funzionamento manuale meccanico, con l'utilizzo esclusivamente di siringhe dedicate, che fungono da serbatoio per il farmaco. questo chiarimento è volto a definire la tipologia di pompa richiesta per i Vs. pazienti, visto che per questo lotto è prevista l'aggiudicazione al minor prezzo. grazie e saluti	Lotti dal 36 al 39	In relazione al quesito posto si conferma quanto già indicato nel capitolato di gara.