



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

EMILIA-ROMAGNA

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI SISTEMI POINT OF CARE PER LA VALUTAZIONE DELLA COAGULAZIONE E DELL'AGGREGAZIONE PIASTRINICA

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 26/08/2024

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI319522-24	Si chiede di confermare che per interfacciamento /collegamento alla rete Aziendale si intende il collegamento al SW Applicativo/Gestionale dei sistemi offerti (remotizzazione dell'esame su postazioni all'interno della rete Aziendale, Repository degli esami per tutta l'azienda, Strumenti di Gestione e controllo del processo e del consumato) e non al LIS (vedi Art.11).	Capitolato speciale Art. 5.1	In relazione al quesito si conferma che, come indicato all'art. 5.1 "Caratteristiche di Minima" del capitolato speciale, per interfacciamento/collegamento alla rete Aziendale si intende il collegamento al SW Applicativo/Gestionale dei sistemi offerti (remotizzazione dell'esame su postazioni all'interno della rete Aziendale, Repository degli esami per tutta l'azienda, Strumenti di Gestione e controllo del processo e del consumato. Si comunica che il riferimento al LIS riportato al secondo paragrafo dell'art 11 del capitolato è da intendersi quale refuso.
PI319524-24	In riferimento al requisito qualità Q14, si chiede di chiarire se per tale requisito si intende la sovrapposizione di curve tromboelastometriche/grafiche di riferimento visualizzate sullo strumento durante l'analisi in corso.	Capitolato speciale All. B Requisito Q14	In relazione al quesito posto si conferma.
PI319525-24	In riferimento al requisito di qualità Q15, si chiede di chiarire se per tale requisito si intende la sovrapposizione di curve tromboelastometriche/grafiche pregresse dello stesso paziente visualizzate sullo strumento durante l'analisi in corso.	Capitolato speciale All. B Requisito Q15	In relazione al quesito posto si conferma.
PI334221-24	Spett.le Ente, Si sottopongono alla Vs cortese attenzione i seguenti quesiti: - Si chiede di poter pubblicare i questionari tecnici Allegati A e B ed il modulo Rev. 01 del 30/04/2023 MR/P01/02 (allegati al capitolato) in formato editabile (Word o Excel) - Si chiede se abbiate disponibile un modello "SCHEDA di valutazione del rischio" e di voler in tal caso pubblicarlo ai fini della relativa compilazione da parte degli operatori economici partecipanti alla procedura in argomento		In relazione ai quesiti posti si comunica quanto segue: - si allegano i questionari tecnici Allegati A e B ed il modulo Rev. 01 del 30/04/2023 MR/P01/02 (allegati al capitolato) in formato editabile (Word); - il Documento Unico Valutazione del Rischio da Interferenze (D.U.V.R.I.) (Allegato 8 al Disciplinare di gara) risulta correttamente pubblicato unitamente alla restante documentazione della procedura;

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>- Con riferimento alla SCHEDA DETTAGLIO PRODOTTI OFFERTI (Allegato 4) da compilare nella parte tecnica senza indicazione del prezzo, si chiede se siano da parte nostra da cancellare le basi d'asta da voi pre-inserite o se non necessario essendo dei campi già da voi precompilati</p>		<p>- si conferma che non è necessario cancellare i Valori a base d'asta quadriennale presenti nella SCHEDA DETTAGLIO PRODOTTI OFFERTI (Allegato 4).</p>