



**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER NEUROSTIMOLAZIONE E
NEUROMODULAZIONE PER TERAPIA ANTALGICA E NEUROCHIRURGIA**

COMUNICAZIONE

In relazione alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito:

Cesena 06/09/2024

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI346871-24	<p>1) Al Lotto C2 rif. B del Capitolato Tecnico, richiedete sonde per crioanalgesia intraoperatoria per toracosopia e nella descrizione del sistema il kit deve comprendere l'ago cannula sterile. Essendo la procedura prevista intraoperatoria e non percutanea, confermate che l'ago cannula è stato richiesto per un refuso?</p> <p>2) Nello stesso documento viene richiesta la messa a disposizione di un generatore in comodato d'uso gratuito per ogni punto di erogazione.</p> <p>Visto il modico numero di procedure annue previste, confermate che possiamo fornire il generatore a chiamata per poter effettuare le procedure programmate?</p>	Capitolato tecnico – Lotto C2	<p>1) Si conferma che trattasi di refuso</p> <p>2) Si conferma la possibilità di fornire il generatore a chiamata.</p>
PI348236-24	<p>Spett.le Ente, in riferimento al chiarimento PI340044-24 con vostra risposta PI342594-24, ('In relazione al quesito posto, al fine della comparabilità delle offerte, l'importo offerto deve essere il medesimo.') confermate che la risposta intenda significare che il prezzo di n'1 catetere sedicapolare debba essere il medesimo di n' 2 cateteri ottopolari?</p>	Capitolato tecnico	Si conferma
PI348608-24	<p>Con riferimento ai lotti D si chiede conferma che lo stimolatore esterno, essendo MONOUSO, possa essere quotato all'interno dell'offerta dell'impianto complessivo.</p>	Capitolato tecnico – Lotti D	In relazione al quesito posto si conferma la possibilità descritta, si evidenzia che la quotazione dell'impianto deve essere omnicomprensiva per consentire la comparabilità delle offerte economiche.
PI349361-24	<p>Si segnala discordanza tra i documenti di gara, si chiede di specificare quale lotto si riferisce alla neurostimolazione sacrale</p>	Allegato F – Lotto 19	Si conferma che il numero del lotto di riferimento è quello indicato nell'allegato F)

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	perché nel capitolato tecnico viene segnato come lotto 18 mentre nell'allegato F viene segnato come lotto 19.		
PI350180-24	Con riferimento ai documenti da presentare per offerta economica, punto 18 b, al punto '-Voci giustificative prezzi' - tale paragrafo fa riferimento alla scheda presente nell'allegato F, nominata 'Giustificativi'? O è un ulteriore documento da redigere a cura dell'OE?	Allegato F – “Giustificativi”	Si conferma che è da compilare la scheda presente nell'allegato F, nominata 'Giustificativi', in alternativa l'O.E. può presentare analogha dichiarazione su proprio format
PI350061-24	Offrendo un kit monouso vorremmo sapere cosa dobbiamo indicare nella colonna "materiale" del Vostro file exc articoli. Vorremmo sapere se corretto indicare "NON PERTINENTE".	Sater	Si conferma.
PI350104-24	Con riferimento al vostro chiarimento n PI347947-24, relativo alla conformità MDD/MDR, richiedo (in quanto al momento il DM che offriamo è conforme MDD e non possiede UDI) se il campo UDI può essere lasciato vuoto. Grazie per vs cortese riscontro	MDD/MDR - UDI	Si conferma
PI350030-24	In riferimento alla Vostra risposta quesito nr. PI348030-24 rispondete come segue: Campo QUANTITA' PRODOTTO PER SINGOLO PEZZO': indicare “LOTTO” e specificare l'unità di misura all'interno dell'offerta economica Allegato F. Informiamo che nell'allegato F NON è previsto un campo "UNITA' DI MISURA". Pertanto nella colonna "Nr pezzi per cfz" indicheremo sia il numero dei pezzi che l'unità di misura .Es. Nr. 1.	Allegato F – scheda offerta economica	In relazione al quesito posto si specifica che nell'allegato F è da inserire il numero dei pezzi contenuti nella confezione.