



**APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI “SET, PACCHI PROCEDURALI, TELI E COPERTURE
STRUMENTI STERILI E NON – EDIZIONE 2”**

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 17/09/2024

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI301691-24	<p>In merito alla procedura in Oggetto siamo a richiedere i seguenti chiarimenti:</p> <p>1. Lotto 8 - SET PARTO SPONTANEO: si chiede conferma che le garze debbano essere senza filo di bario.</p> <p>2. Lotto 9 - SET STERILE UNIVERSALE SPECIALISTICO CON TELO AD “U”: si chiede se il “telo tavolo madre 150x190 cm circa” è richiesto in avvolgimento.</p> <p>3. Lotto 14 - SET UNIVERSALE STERILE: si chiede conferma della quantità del “telo 90x75 con rinforzo superassorbente e bordo adesivo”.</p> <p>4. Lotto 14 - SET UNIVERSALE STERILE: si chiede se il “telo tavolo 150x190 cm con zona assorbenza 75x190 cm.” è richiesto in avvolgimento.</p> <p>5. Lotto 17 - SET TUR STERILE: si chiede se il “telo tavolo 150x190 cm standard” è richiesto in avvolgimento.</p> <p>6. Lotto 18 - SET ARTROSCOPIA GINOCCHIO: si chiede se il “telo tavolo 150x190 cm standard” o il “telo tavolo light 140x190 cm sup. ass.” è richiesto in avvolgimento. In caso affermativo di chiede di specificare quale dei due.</p> <p>7. Lotto 18 - SET</p>	<p>Capitolato tecnico Lotti 8, 9, 14, 17, 18 e 19</p>	<p>Con riferimento ai quesiti posti si comunica quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lotto 8 - SET PARTO SPONTANEO: si comunica che le garze richieste nel set devono presentare il filo di bario;- Lotto 9 - SET STERILE UNIVERSALE SPECIALISTICO CON TELO AD “U”: si comunica che si procede alla revoca del lotto in questione in quanto prodotto presente in convenzione Intercent-ER “Tnt sterile”;- Lotto 14 - SET UNIVERSALE STERILE:<ul style="list-style-type: none">- si comunica in ogni set sono richiesti n. 2 “teli 90x75 con rinforzo superassorbente e bordo adesivo”;- si conferma che il “telo tavolo 150x190 cm con zona assorbenza 75x190 cm” è richiesto in avvolgimento.- Lotto 17 - SET TUR STERILE: si conferma che il “telo tavolo 150x190 cm standard” è richiesto in avvolgimento;- Lotto 18 - SET ARTROSCOPIA GINOCCHIO:<ul style="list-style-type: none">- si comunica che il “telo tavolo 150x190 cm standard” è richiesto in avvolgimento, mentre il “telo tavolo light 140x190 cm sup. ass.” non è richiesto in avvolgimento;- si conferma che il “telo artroscopia ginocchio 260/300x320 cm” è richiesto con la sacca raccolta liquidi integrata;- si comunica che è ammesso anche

	<p>ARTROSCOPIA GINOCCHIO: si chiede se il "telo artroscopia ginocchio 260/300x320 cm" è richiesto con la sacca raccolta liquidi integrata.</p> <p>8. Lotto 18 - SET ARTROSCOPIA GINOCCHIO: si chiede di poter offrire un "ago rosa 18ga" da 40 mm anziché da 37,5 mm.</p> <p>9. Lotto 19 - SET ARTROSCOPIA SPALLA: si chiede se il "telo tavolo 150x190 cm rinf." è richiesto in avvolgimento.</p> <p>10. Lotto 19 - SET ARTROSCOPIA SPALLA: si chiede la misura della "U" del "Telo a u spalla 230x295 cm taglio ad u"</p> <p>11. Lotto 19 - SET ARTROSCOPIA SPALLA: si chiede se la "penna dermografica punta regolare" è richiesta completa di righello.</p>		<p>l'"ago rosa 18ga" da 40 mm" nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5- Specifiche tecniche ed etichettature del Codice dei contratti pubblici, principio che, come specificato anche all'art 1 del Capitolato tecnico, dovrà essere debitamente documentato dal partecipante in fase di gara.</p> <p>- Lotto 19 - SET ARTROSCOPIA SPALLA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si conferma che il "telo tavolo 150x190 cm rinf." è richiesto in avvolgimento, - si comunica che la "U" del "Telo a u spalla 230x295 cm taglio ad u" è richiesta larghezza di 10 cm e lunghezza 1 metro; - si comunica che nella "penna dermografica punta regolare" non è richiesto il righello.
PI307779-24	<p>Gent.mo Ente, chiediamo chiarimenti come di seguito adiamo ad elencare:1) LOTTO 14 SET UNIVERSALE si chiede di indicare il quantitativo dei componenti compresi nel set;</p> <p>2) LOTTO 23 ISOLAMENTO VERTICALE: si chiede se, visto il materiale e la destinazione del telo, sia un refuso la dicitura "con rinforzo in tnt assorbente".</p>	Capitolato tecnico Lotti 14 e 23	<p>In relazione ai quesiti posti si comunica quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LOTTO 14 SET UNIVERSALE si riporta di seguito il quantitativo dei componenti richiesti per ogni set: <ul style="list-style-type: none"> 1 sacco mayo; 4 salviette assorbenti; 2 teli adesivi 90x75 cm; 1 striscia adesiva impermeabile; 1 telo 175x175; 1 telo 240x150; 1 telo 150x190 avvolgente. - LOTTO 23 ISOLAMENTO VERTICALE: Si conferma la descrizione riportata in capitolato.
PI322025-24	<p>Chiarimento n.1: nel lotto 14 (SET UNIVERSALE) è richiesto 1 solo telo adesivo 75x90 cm. Generalmente i set universali sono composti sempre da 4 teli (dei quali 2 pezzi di 75x90 cm). Trattasi di refuso? Viene poi richiesto il rinforzo super assorbente nel solo telo 75x90.</p>	Capitolato tecnico Lotti 14, 16, 17 e 18	<p>In relazione ai quesiti posti si comunica quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lotto 14; si rimanda alla risposta data per il quesito PI307779-24 e si conferma che tutti i teli del set devono presentare il rinforzo super assorbente; - Lotto 16: si comunica che è ammesso anche il "telo per cistoscopia" di misura 90x175 nel

	<p>Si chiede conferma che solo questo telo (o teli in caso di refuso) debba avere questa caratteristiche oppure tutti i teli del set, come generalmente viene configurato, debbano essere con rinforzo super assorbente.</p> <p>Chiarimento n.2: nel lotto 16 (SET PER CISTOSCOPIA STERILE) disponiamo di un telo per cistoscopia di misura standard 90x175 anziché 75x175, funzionalmente equivalente, ma che supera di poco la tolleranza massima consentita del +o- 5% su una misura. Per consentire una più ampia partecipazione di aziende, si chiede pertanto la possibilità di presentare ugualmente l'offerta e che i prodotti vengano poi valutati idonei o no dalla commissione giudicatrice in sede di prove</p> <p>Chiarimento n.3: nel lotto 17 (SET TUT STERILE) disponiamo di un telo TUR con uno dei tre parametri di misura fuori tolleranza, funzionalmente equivalente, di dimensioni 175/260x210 cm anziché quella richiesta 175/270x180 cm. Detta misura si riferisce all'altezza maggiore della parte impervia del telo, dove sono posizionati i gambali, il foro perianale e la sacca di raccolta, che, a nostro avviso è una caratteristica migliorativa che garantisce maggiore protezione del campo operatorio. Si chiede quindi la possibilità di presentare comunque l'offerta e far valutare alla commissione aggiudicatrice in sede di prove l'idoneità o meno del prodotto proposto, al fine di consentire una più ampia partecipazione alle varie ditte concorrenti Si chiede inoltre di specificare se il telo TUR richiesto è provvisto o meno di sacca di raccolta integrata con filtro e rubinetto.</p> <p>Chiarimento n.4: nel lotto 18 (SET ARTROSCOPIA GINOCCHIO) si chiede di specificare se il telo proposto deve essere provvisto</p>		<p>rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5- Specifiche tecniche ed etichettature del Codice dei contratti pubblici, principio che, come specificato anche all'art 1 del Capitolato tecnico, dovrà essere debitamente documentato dal partecipante in fase di gara;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lotto 17: si conferma nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5- Specifiche tecniche ed etichettature del Codice dei contratti pubblici, principio che, come specificato anche all'art 1 del Capitolato tecnico, dovrà essere debitamente documentato dal partecipante in fase di gara. Si precisa, inoltre, che il set non è richiesto con di sacca di raccolta integrata con filtro e rubinetto. - Lotto 18: si rimanda alla risposta data per il quesito PI301691-24. Si conferma inoltre la possibilità di offrire un telo con le stesse caratteristiche funzionali e destinazione d'uso, ma fuori tolleranza, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5- Specifiche tecniche ed etichettature del Codice dei contratti pubblici, principio che, come specificato anche all'art 1 del Capitolato tecnico, dovrà essere debitamente documentato dal partecipante in fase di gara.
--	---	--	---

	o meno di sacca di raccolta liquidi. Si chiedere inoltre la possibilità di offrire un telo con le stesse caratteristiche funzionali e destinazione d'uso, ma fuori tolleranza su uno dei tre parametri di misura richiesti (228/292x304, anziché 260/300x320), da valutare in sede di prove dalla commissione giudicatrice, il tutto per consentire una più ampia partecipazione delle ditte concorrenti		
PI342000-24	Si chiede se la base d'asta indicata è superabile. A pag. 25 del disciplinare di gara viene richiesto di inserire nell'offerta economica il listino prezzi vigente, la scrivente non dispone di un listino ufficiale si chiede di venire esonerati dalla sua presentazione cordiali saluti	Disciplinare di gara Art. 18	In relazione ai quesiti posti si comunica quanto segue: <ul style="list-style-type: none">- relativamente alla base d'asta si rimanda a quanto indicato all'Art. 18 del Disciplinare di gara;- relativamente alla presentazione del listino prezzi si conferma l'esonero.
PI348240-24	Gent.mi Al punto 3 dei criteri di valutazione indicati, tra gli altri, per i lotti 28 e 30 (guaine in polietilene) sono indicati i seguenti: resistenza, conformabilità, elasticità e aderenza. Si segnala però che i suddetti criteri rientrano nell'ambito dei test EN 13795 e, la suddetta norma non è applicabile a guaine in polietilene in quanto è relativa a teli e camici chirurgici in tnt. Si richiede pertanto di eliminare tali criteri di valutazione.	Capitolato tecnico lotti nr 28 e 30	In relazione al quesito posto si conferma quanto indicato in capitolato e si comunica che la definizione dei criteri di valutazione rientra nell'ambito della discrezionalità della stazione appaltante.
PI348534-24	Con riferimento al lotto 18 "Set artroscopia ginocchio", è presente un telo artroscopia ginocchio 260/300x320 cm. Si richiede se il telo è dotato di sacca raccolta liquidi oppure no.	Capitolato tecnico lotto 18	In relazione al quesito posto si rimanda alla risposta data per il quesito PI301691-24.
PI352770-24	Gentilissimi, in riferimento al lotto 14 chiediamo: - accettate una misura di salviette assorbenti 38x40? - accettate striscia adesiva 10x50?	Capitolato tecnico lotto 14	In relazione ai quesiti posti si comunica che si accettano le misure proposte nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5- Specifiche tecniche ed etichettature del Codice dei contratti pubblici, principio che, come specificato anche all'art 1 del Capitolato tecnico, dovrà essere debitamente documentato dal partecipante in fase di gara.

PI352946-24	Gentilissimi, in riferimento al lotto 24 chiediamo di accettare al posto di due sacchetti raccogliliquidi, una sacca circolare per raccolta liquidi, avendo la medesima destinazione d'uso; - chiediamo che sia accettato foro da incisione rettangolare in quanto forma più ergonomica per la destinazione d'uso.	Capitolato tecnico lotto 24	In relazione ai quesiti posti si accetta nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5- Specifiche tecniche ed etichettature del Codice dei contratti pubblici, principio che, come specificato anche all'art 1 del Capitolato tecnico, dovrà essere debitamente documentato dal partecipante in fase di gara.
PI353341-24	Con riferimento al lotto 14 - Set Universale Sterile, si richiede di specificare le quantità dei componenti richiesti nel set.	Capitolato tecnico lotto 14	In relazione al quesito posto si rimanda alla risposta data al quesito PI307779-24.