



APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI “SET, PACCHI PROCEDURALI, TELI E COPERTURE STRUMENTI STERILI E NON – EDIZIONE 2”

RISPOSTE AI QUESITI

In relazione alla gara in oggetto si chiede quanto di seguito:

Cesena 17/09/2024

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI304358-24	Gent.mi, nello schema offerta come sul portale, in rif. al lotto 38 i conteggi totali non tornano partendo dal prezzo base d'asta i totali sono errati. attendiamo un Vostro riscontro in merito, per procedere.	Modulo Scheda offerta economica All 5 - lotto 38	In relazione al quesito posto si comunica che si sta procedendo alle opportune verifiche, pertanto la procedura viene momentaneamente posta in sospensione.
PI313769-24	<p>Buongiorno</p> <p>la presente per chiedere quanto segue:</p> <p>CAPITOLATO TECNICO – ALLEGATO A. La scrivente desidera segnalare che una tolleranza del 5%, soprattutto nel caso di dispositivi, come i teli, di elevate dimensioni, significa spesso poter applicare un margine di pochi cm, a volte mm, sulle dimensioni degli stessi. Riteniamo che ciò limiti fortemente la più ampia concorrenza e non aderisca ai principi di accesso al mercato, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità di cui all'art. 3 del Nuovo Codice dei Contratti. Pertanto, nel pieno rispetto del principio di equivalenza all'uso, peraltro enunciato all'articolo 79 del D. Lgs 36/2023 e nell'allegato 5 del medesimo decreto, chiediamo di ammettere l'offerta di dispositivi con una tolleranza di $\pm 10\%$, riservando alla valutazione della commissione tecnica la verifica della adeguatezza e idoneità all'uso dei prodotti</p> <p>Con riferimento a quanto riportato all'art. 4 CAMPIONATURA E PROVE PRATICHE desideriamo</p>	<p>Capitolato tecnico - tolleranza</p> <p>Disciplinare di gara - Campionatura e prove pratiche</p> <p>Lotto 20</p>	<p>In relazione ai quesiti posti si comunica quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none">- relativamente alla tolleranza si conferma quanto indicato nel capitolato tecnico nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5- Specifiche tecniche ed etichettature del Codice dei contratti pubblici, principio che, come specificato anche all'art 1 del Capitolato tecnico, dovrà essere debitamente documentato dal partecipante in fase di gara.- relativamente alla Campionatura e prove pratiche si conferma;- Lotto 20 - si sta procedendo alle opportune verifiche, pertanto la procedura viene momentaneamente posta in sospensione.

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>segnalare che la confezione originaria di vendita corrisponde alla confezione di trasporto che, per buona parte dei lotti che costituiscono tale procedura, contiene un numero di prodotti molto superiore rispetto alle quantità da campionare, oltre ad essere quindi particolarmente voluminosa. Considerando quindi la volontà di aderire alle specifiche di gara e limitare il più possibile gli ingombri della campionatura che ogni operatore economico dovrà predisporre, chiediamo che sia ammesso di campionare i prodotti (per i lotti e nelle quantità indicate nell'allegato A) nella loro confezione primaria sterile, in alternativa alla confezione originale di vendita. Ci rendiamo disponibili in ogni caso, qualora richiesto, a fornire eventuale relazione dettagliata per specificare caratteristiche, dimensioni, tipologia e contenuti delle informazioni riportate a tutti i livelli di confezionamento, inclusa la confezione di vendita.</p> <p>LOTTO 20 - set per colecistectomia vorremmo portare alla vostra attenzione il prezzo base d'asta di 50 euro per il lotto 20. A conoscenza della scrivente tale prezzo risulta NON CONGRUO con i prezzi medi di mercato: soprattutto considerando la composizione del pacco, che include dispositivi medici con prezzi unitari elevati. A prezzi medi di mercato solo trocar, set di aspirazione e sacchetto estrazione endoscopico, valgono mediamente tra i 115 e 140 euro a cui aggiungere i costi relativi al TNT. Si chiede se trattasi di refuso e se vi sia la possibilità di rivedere la base d'asta al rialzo garantendo agli operatori economici la possibilità di risposta al lotto. In attesa di riscontro porgiamo distinti saluti</p>		
PI325172-24	Gentili Signori, poniamo alla Vostra attenzione i seguenti suggerimenti / chiarimenti:		<p>In relazione ai quesiti posti si comunica quanto segue: - relativamente alla tolleranza si</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>• Relativamente alle specifiche tecniche di tutti i D.M. in T.N.T. richiesti, al fine di consentire la massima partecipazione delle Aziende presenti sul mercato e di conseguenza maggiore possibilità di scelta in termini di migliore rapporto qualità / prezzo, chiediamo se è possibile permettere di presentare anche prodotti che si discostino dalla tolleranza prevista del 5% dalle misure indicate. Potreste dare la facoltà alla commissione giudicatrice, che nominerete tra gli esperti del settore, di poter valutare anche quei dispositivi che se pur si discostino dalla tolleranza siano ritenuti idonei (avendo i campioni) per le destinazioni d'uso delle singole procedure. Si tratta di una formula sempre più frequentemente prevista dalle stazioni appaltanti, presente ad esempio tra l'altro anche nell'ultima gara regionale IntercentER "TNT sterile 2" (si prevedeva intanto una tolleranza maggiore, ma si aggiungeva anche "...la possibilità di valutare anche quei prodotti le cui misure dovessero differire da quelle riportate nelle descrizioni, purché i campioni presentati siano ritenuti idonei all'uso dalla Commissione tecnica").</p> <p>• Per quanto riguarda il lotto n. 20 "Set per colecistectomia laparoscopica" chiedete alla 2^a riga un "Trocar punta lama dilatante 5/10 mm". Si chiede conferma che intendete il dispositivo provvisto di lama, essendo la descrizione equivoca. Inoltre si suppone che intendiate la misura 5 mm di calibro e 10 cm di lunghezza (5/100 mm). Cortesemente chiediamo di non rispondere con la classica formula "si conferma quanto scritto in capitolato", in quanto confermeremo che la descrizione non è chiara.</p> <p>• Per restare sul lotto n. 20 "Set per colecistectomia laparoscopica" chiedete, tra i vari D.M., i seguenti accessori specifici della chirurgia</p>		<p>rimanda alla risposta data al quesito PI313769-24;</p> <ul style="list-style-type: none"> - relativamente al lotto n. 20 si conferma che la dicitura "trocar punta lama dilatante 5/10mm" è da intendersi quale refuso, la dicitura corretta è "Trocar punta lama dilatante 5/100mm", si precisa inoltre che il dispositivo è sprovvisto di lama (trattasi di trocar bladeless). - relativamente al prezzo unitario a base d'asta del lotto n. 20 si sta procedendo alle opportune verifiche, pertanto la procedura viene momentaneamente posta in sospensione.

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	<p>laparoscopica: o (2^a riga): 1 Trocar punta lama dilatante 5/10 mm (a prescindere dal chiarimento del punto precedente); o (5^a riga): 1 Sacchetto per estrazione removibile 250-300 ml 10 mm – Nella Vostra gara “Suturatrici meccaniche, Trocar e D.M. per laparoscopia Edizione 2” attualmente in valutazione lo ponete con base d’asta di 23,64 €; o (7^a riga): 1 Trocar ottico 12/100 mm - Nella Vostra gara attualmente in valutazione lo chiedete con base di 32,00 €; o (9^a e 10^a riga): 1 Cannula universale per trocar 12/100 mm e 1 da 5/100 mm – Voi nella gara in valutazione li mettete a 14,00 € ciascuno; o (ultima riga): 1 dispositivo monouso di aspirazione/irrigazione per la chirurgia laparoscopica – In gara regionale IntercentER “Sistemi per laparoscopia e suturatrici meccaniche” attualmente fornito, dopo revisione prezzi del giugno 2023, a 20,23 €. Ora, alla luce di questi dettagli, solamente i dispositivi di laparoscopia richiesti se presi sfusi, superano i 100 euro, e anche più considerando il chiarimento della prima voce (qui non quantificata). Pertanto la base d’asta di 50,00 € a kit è sicuramente fuori mercato come appena motivato in base ai Vostri acquisti. Considerando anche un utilizzo di soli 200 pz all’anno (i confronti con le altre procedure prevedevano consumi molto maggiori) e che oltre a questi dispositivi specifici sono presenti una serie di diversi altri articoli in TNT e accessori, si chiede di riformulare la base d’asta considerando tutti questi aspetti. Dovreste porvi, a parere nostro, almeno a tre volte tanto.</p>		
PI331840-24	<p>Spett.le Ente, si prega di rispondere al seguente chiarimento: "a pag. 26 del disciplinare di gara, al paragrafo 19, si evidenzia che il lotto 20 è incluso all'interno dei lotti che verrà valutato con il criterio</p>	Lotti 20 e 21	<p>In relazione al quesito posto si conferma che l’indicazione riportata a pag 29 del Disciplinare di gara relativamente ai lotti 20 e 21 deve intendersi quale refuso, pertanto si conferma come indicato a pag 26 del disciplinare di gara che il Lotto 20 verrà valutato con il criterio dell’offerta</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	dell'offerta economicamente più vantaggiosa, mentre a pag. 29 al paragrafo 23 si evidenzia che il lotto 21 è valutato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e il lotto 20 con il criterio del minor prezzo. Si chiede pertanto di chiarire i criteri di valutazione che verranno utilizzati per la valutazione dei lotti 20 e 21"		economicamente più vantaggiosa ed il Lotto 21 verrà valutato con il criterio del minor prezzo.
PI333031-24	Spett.le Ente, si chiede di poter procedere ad una revisione in aumento delle basi d'asta; purtroppo, viste le attuali condizioni del mercato, quelle indicate risultano essere eccessivamente basse tanto da non consentire la più ampia partecipazione e limitare il confronto competitivo tra gli operatori economici.	Capitolato tecnico	In riferimento al quesito posto si rimanda al riscontro dato al quesito PI299567-24.
PI348516-24	In relazione alla tolleranza delle misure pari al +/- 5% come indicato nella documentazione di gara, considerando l'ampia gamma di prodotti richiesti e il fatto che ogni azienda produce degli articoli con proprie misure standardizzate, a nostro parere, tale dato è troppo restrittivo. Chiediamo pertanto al fine di permettere una più ampia partecipazione, di portare la tolleranza al +/- 10%.	Capitolato tecnico	In relazione a quanto richiesto si rimanda alla risposta data al quesito PI313769-24.
PI348527-24	Vi segnaliamo che parecchi set hanno dei prezzi unitari a base d'asta con valori pre-covid e quindi attualmente troppo bassi. Si chiede la possibilità, al fine di permettere una maggior partecipazione, di poter presentare proposte economiche superiori alla base d'asta o di fare una revisione dei prezzi considerando di incrementarli almeno del 50%.	Capitolato di gara e Disciplinare di gara Art 18	In riferimento al quesito posto si confermano i prezzi unitari a base d'asta e si rimanda a quanto previsto all'art 18 del Disciplinare di gara.
PI348742-24	Spett. Ente, Lotto 18 SET ARTROSCOPIA GINOCCHIO, si chiede di voler specificare se	Lotto 18	In relazione a quanto richiesto si rimanda alla risposta data al quesito PI301691-24.

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	il telo artoscopia previsto nel set debba essere provvisto di sacca di raccolta liquidi.		
PI350266-24	Buongiorno, si segnala che le basi d'asta indicate nell'allegato 5 (e anche nel capitolato), per i lotti dal 35 al 39 non sono corrette. Si chiede di verificare.	Modulo Scheda offerta economica All 5 – lotti dal 35 al 39	In relazione al quesito posto si comunica che si sta procedendo alle opportune verifiche, pertanto la procedura viene momentaneamente posta in sospensione.
PI352887-24	Gentilissimi, in riferimento al lotto 17 chiediamo: - chiediamo se accettate salvietta asciugamani 38x40 -circa il telo TUR, in merito ai fori, chiediamo di confermare che trattasi di 2 fori uno di dimensioni 8 cm ed uno di 5 cm e di specificare quale sia il foro sovrapubico e quale quello genitale.	Capitolato tecnico lotto 17	In relazione ai quesiti posti si comunica quanti segue: - relativamente alla salvietta asciugamani si accetta la misura proposta nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'Allegato II.5- Specifiche tecniche ed etichettature del Codice dei contratti pubblici, principio che, come specificato anche all'art 1 del Capitolato tecnico, dovrà essere debitamente documentato dal partecipante in fase di gara; - relativamente al telo TUR si precisa che trattasi di 1 foro 8 cm. sovrapubico e 1 foro 5 cm. genitale.