

<p>In merito a quanto indicato all'ART.3 CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE MINIME e RISPONDENZA ALLE NORMATIVE ed in particolare per quanto di seguito evidenziato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • I sistemi forniti devono integrarsi con: Nell'ambito di Forlì • il sistema RIS-PACS AGFA ENTERPRISE: ELEFANTE.NET ED IL SISTEMA RIS FENIX DI PROSSIMA INSTALLAZIONE • Le Modalità in particolare: SISTEMA TAC/PET INTEGRATO -SIEMENS AG SPSIE16 - BIOGRAPH SENSATION 16. Nell'ambito di Cesena il sistema RIS-PACS AGFA: ELEFANTE.NET ED IL SISTEMA RIS FENIX DI PROSSIMA INSTALLAZIONE • il sistema software ASTRIM Pharmacy.net integrato con il sistema RIS Elefante mediante messaggistica HL7 • Le modalità in particolare: SISTEMA TAC/PET INTEGRATO GE HEALTHCADISCOVERY PET/CT 710. Presso IRST di Meldola • il sistema RIS-PACS AGFA: ELEFANTE.NET-IMPAX/ • Le Modalità in particolare: SISTEMA TAC/PET INTEGRATO -SIEMENS mCT Flow <p>Si chiede voler indicare i riferimenti di contatto dei gestori dei software esistenti e/o di prossima installazione al fine di poter acquisire/fornire le informazioni utili e necessarie per la progettazione e successiva realizzazione delle attività di integrazione</p>	<p>il sistema RIS/PACS Ditta El.co (sistema ris Fenix) il responsabile : Andrea Falco cell. 3346054470 per la medicina nucleare Forlì-Cesena responsabile Stefano Olivieri cell. 3666435846 Ditta Agfa: Massimo Cavina (massimo.cavina@agfa.com) cell. 3351651142, 0543735816</p>
<p>In merito a quanto indicato all'ART. CARATTERISTICHE TECNICHE SPECIFICHE MINIME e RISPONDENZA ALLE NORMATIVE ed in particolare per quanto di seguito evidenziato: Dovrà possedere un funzionamento con alimentazione elettrica di rete e con batteria ricaricabile; l'autonomia in caso di assenza di alimentazione di rete dovrà essere sufficiente (almeno 2h) per garantire la conclusione delle operazioni di iniezione e il salvataggio di tutti i dati presenti sul terminale.</p> <p>Si chiede se, visto che la procedura di somministrazione del radiofarmaco ha una durata massima ipotizzabile pari a circa 20', si considera assolta la prescrizione sopra evidenziata anche nel caso di durata della batteria tampone pari ad un'ora.</p>	<p>NO, Si conferma quanto scritto nel disciplinare</p>

In alternativa, per il principio dell'equivalenza della prestazione, si chiede se viene considerata assolta la prescrizione sopra evidenziata nel caso di fornitura aggiuntiva di gruppo di continuità in grado di garantire la prestazione richiesta.	L'equivalenza deve essere dimostrata con documentazione ad hoc fornita dall'operatore economico. Sarà insindacabile giudizio della commissione accettarla o meno.