



**PROCEDURA APERTA SOPRA LE SOGLIE EUROPEE PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI  
PUBBLICI PER LA FORNITURA DI COLONNE PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA DESTINATE ALLE  
SALE OPERATORIE E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO DELL'AUSL DELLA ROMAGNA**

**COMUNICAZIONE**

**In relazione alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito:**

**Cesena 25/09/2024**

<b>Rif. Sater</b>	<b>Quesito</b>	<b>Riferimento</b>	<b>Risposta</b>
PI33953 7-24	Buongiorno 1) In riferimento all'art. 7 del capitolato tecnico relativo alle caratteristiche minime delle apparecchiature, rif. E – Insufflatore CO2, al punto "completo di tutti i raccordi necessari per l'utilizzo in sala operatoria" si chiede specificare se l'utilizzo della CO2 è previsto con bombola oppure attraverso collegamento a impianto centralizzato o con entrambi sistemi.  In tal caso si chiede di menzionare la tipologia di attacco all'impianto centralizzato di CO2 e di confermare la necessità del tubo per la bombola CO2.  Cordiali saluti	Capitolato Tecnico – Art. 7	In relazione al quesito posto, si comunica che le colonne oggetto della fornitura minima dovranno essere collegate come di seguito specificato: n.3 colonne ambito di Rimini e n.1 colonna ambito di Ravenna dovranno essere collegate all'impianto centralizzato di CO2 tramite tipologia di attacco AFNOR. Mentre n.1 colonna per l'ambito di Forlì dovrà essere collegata a bombola di CO2 alloggiata su carrello tramite apposito tubo dedicato. Inoltre, il tubo di collegamento alla bombola di CO2 dovrà essere quotato fra le opzioni.
PI33954 0-24	Buongiorno In riferimento all'art. 7 del capitolato tecnico relativo alle caratteristiche minime delle apparecchiature, rif G – Ottiche 4K, non vengono menzionate i quantitativi e le caratteristiche delle ottiche richieste per Ginecologia di Forlì come indicato all'art. 3 tabella 1. Si richiede pertanto di specificare tali dati (le caratteristiche tecniche richieste e quantità).  Grazie cordiali saluti	Capitolato Tecnico – Art. 7	In relazione al quesito posto, si comunica che per la colonna destinata alla Ginecologia di Forlì, la dotazione delle ottiche deve essere la seguente: N.3 ottiche 0° - 10mm, (circa 30cm), 4K filtrate per esami in fluorescenza ICG.
PI35210 1-24	Buongiorno, con riferimento alla gara in oggetto, siamo a richiedere la cortesia di specificare la tipologia di laparoscopi richiesti per la configurazione della colonna per Ginecologia Forlì. Ringraziamo anticipatamente e, in attesa di cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti	Capitolato Tecnico – Art. 7	In relazione al quesito posto, per la colonna destinata alla Ginecologia di Forlì, la dotazione delle ottiche deve essere la seguente: N.3 ottiche 0° - 10mm, (circa 30cm), 4K filtrate per esami in fluorescenza ICG.
PI35403 0-24	In riferimento al art. 7 del capitolato tecnico relativo alle caratteristiche minime delle apparecchiature, rif. E – Insufflatore CO2, al punto "completo di tutti i raccordi necessari per l'utilizzo in sala operatoria" si chiede specificare se l'utilizzo della CO2 è previsto con bombola oppure attraverso collegamento a impianto centralizzato o con entrambi sistemi. In tal caso si chiede di menzionare la tipologia di attacco all'impianto centralizzato di CO2 e di confermare la necessità del tubo per la bombola CO2.	Capitolato Tecnico – Art. 7	Si rimanda alla risposta già fornita e pubblicata relativamente al chiarimento con n. registro PI339537-24.
PI35403 3-24	In riferimento al art. 7 del capitolato tecnico relativo alle caratteristiche minime delle apparecchiature, rif G – Ottiche 4K, non vengono menzionate i quantitativi e le caratteristiche delle ottiche richieste per Ginecologia di	Capitolato Tecnico – Art. 7	Si rimanda alla risposta già fornita e pubblicata relativamente al chiarimento con n. registro PI339540-24.

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
	Forlì come indicato all'art. 3 tabella 1. . Si richiedere pertanto di specificare tali dati (le caratteristiche tecniche richieste e quantità).		
PI36729 6-24	<p>Buonasera, si richiede quanto segue:</p> <p>1. Con riferimento all'allegato b)_Capitolato Tecnico, ART.7 – CARATTERISTICHE MINIME DELLE APPARECCHIATURE, Rif. G – Ottiche 4K si chiede conferma che le misure relative alla lunghezza operativa delle ottiche siano indicative e che siano pertanto ammesse offerte che includano ottiche con lunghezze differenti da quelle specificate.</p> <p>2. Con riferimento all'allegato b)_Capitolato Tecnico, ART.8 – CONDIZIONI FORNITURA, si chiede, allo scopo di garantire una più ampia partecipazione, di specificare gli standard di connessione video (HD/3G/12G-SDI, HDMI, DVI, ecc.) accettati dai sistemi di archiviazione immagini già installati nelle sale operatorie.</p> <p>3. Con riferimento all'allegato b)_Capitolato Tecnico, ART.17 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, nel parametro A dei requisiti di valutazione viene valutata la presenza di zoom ottico. Si chiede conferma che si tratti di refuso in quanto nei requisiti di minima viene richiesto zoom digitale.</p> <p>4. Con riferimento all'allegato b)_Capitolato Tecnico, ART.17 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE, nel parametro D si chiede di specificare cosa si intenda per "registrazione (editing)" nella valutazione della "Semplicità nella gestione delle varie modalità di utilizzo durante lo stesso intervento".</p> <p>Cordiali saluti.</p>	Capitolato tecnico – Art. 7-8-17	<p>In relazione al quesito posto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si conferma che le lunghezze specificate sono indicative al fine dell'individuazione delle tipologie di ottiche necessarie alle varie Unità Operative.</li> <li>2. Si specifica che, ai sensi dell'art. 8 "Condizioni fornitura", la ditta aggiudicataria dovrà assicurare la compatibilità delle colonne con i sistemi di archiviazione immagini già installati nelle sale operatorie di Forlì (AIDA Stor2), Ravenna (sistema TEGRIS Maquet) e di Rimini (sistema OR1 Stor2). Pertanto, la specifica degli standard di connessione non è richiesta nella fase di presentazione di offerta bensì solo ed esclusivamente agli aggiudicatari della procedura.</li> <li>3. Si conferma, trattasi di refuso.</li> <li>4. Si conferma, quanto specificato nel capitolato all'Art.7, possibilità in maniera semplice e intuitiva di gestire e registrare file multimediali (immagini, foto, video) da telecamera e possibilità di scaricare/trasferire tali file su supporti esterni in maniera semplice e intuitiva.</li> </ol>
PI36824 4-24	<p>Buongiorno,</p> <p>Con riferimento all'allegato b)_Capitolato Tecnico, ART.5 – BASE D'ASTA E QUANTITA', si chiede conferma che le uniche basi d'asta a cui fare riferimento siano esclusivamente quelle complessive, ossia 565.000,00 € per le colonne e 1.000.000,00 € per il materiale consumabile.</p> <p>cordiali saluti</p>		<p>In relazione al quesito posto, si specifica quanto segue:</p> <p>gli importi a base d'asta necessariamente da rispettare sono, come specificato all'art. 5 del Capitolato tecnico, quelli relativi alle singole colonne e conseguentemente l'importo totale a base d'asta complessivo per n.5 colonne laparoscopiche (€ 565.000,00). Analogamente per quanto riguarda le basi d'asta del materiale consumabile: devono essere rispettate sia le singole basi d'asta di ciascun dispositivo sia l'importo totale a base d'asta complessivo del materiale consumabile per le n.5 colonne laparoscopiche (€ 1.000.000,00).</p>

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI37038 4-24	<p>Buongiorno,</p> <p>con riferimento all'allegato b)_Capitolato Tecnico, ART.18 – DOCUMENTAZIONE TECNICA DA PRESENTARE, viene incluso nell'elenco dei documenti anche il modulo "MR_P01_01 Collaudo di Accettazione Apparecchiature Biomediche e di Sterilizzazione" ma non viene specificato se vada precompilato o meno. Si tratta di un refuso? In caso negativo chiediamo di specificare se vada compilato o solo firmato per accettazione.</p> <p>Cordiali saluti.</p>	Capitolato tecnico – Art. 18	In relazione al quesito posto, si comunica che il modulo "MR_P01_01 Collaudo di Accettazione Apparecchiature Biomediche e di Sterilizzazione" deve essere solo firmato per accettazione.
PI37148 3-24	<p>Rif. B - VIDEO-PROCESSORE TELECAMERA 4K-UHD</p> <p>Alla voce 'regolazione dei parametri' è richiesta come caratteristica tecnica di minima la presenza di 'autofocus'. Si comunica che tale caratteristica tecnica è riferibile ad un'unica azienda presente sul mercato e si richiede, pertanto, di eliminare tale requisito o di valutarlo come caratteristica preferenziale e non come caratteristica di minima.</p> <p>PARAMETRO QUALITATIVO, PUNTO C - Caratteristiche specifiche del sistema di insufflazione e del sistema di lavaggio ed aspirazione.</p> <p>In relazione alla pompa di lavaggio/aspirazione laparoscopica, tra i parametri qualitativi oggetto di valutazione viene richiesto che tale pompa abbia anche funzione di irrigazione isteroscopica.</p> <p>Si richiede di confermare che tale caratteristica preferenziale non è da considerarsi utile all'attribuzione del punteggio qualitativo in quanto l'apparecchiatura richiesta in capitolato - 'Sistema di lavaggio e aspirazione laparoscopico', oltre che l'oggetto generale di gara - 'PROCEDURA APERTA PER [...] LA FORNITURA DI COLONNE PER CHIRURGIA LAPAROSCOPICA [...] - è prettamente e specificatamente destinata a procedure laparoscopiche e non a procedure isteroscopiche.</p>	Capitolato tecnico – Art. 7	<p>Con riferimento ai quesiti posti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Si specifica che trattasi di un refuso. Si conferma che tale caratteristica sarà valutata come preferenziale e non come caratteristica di minima.</li> <li>2. Si conferma che ai fini dell'attribuzione del punteggio qualitativo l'apparecchiatura richiesta in capitolato è un 'Sistema di lavaggio e aspirazione laparoscopico'.</li> </ol>