



**PROCEDURA APERTA SOPRA LE SOGLIE EUROPEE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO  
QUINQUENNALE - CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI - DI 1 SISTEMA DIGITALE  
PET/CT WHOLE BODY DI ALTA FASCIA, COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA  
TECNICA DI TIPO FULL RISK PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA**

**COMUNICAZIONE**

In relazione alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito:

Cesena 07/10/2024

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI391249-24	<p>-Si chiede di precisare quale sia il sito oggetto di gara/installazione su cui dovranno essere quantizzate le opere necessarie alla installazione della PET/CT, in quanto all'art. 1 del capitolato tecnico (allegato B) viene indicato come primario il sito dell'Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì e come opzionale l'Ospedale Bufalini di Cesena, mentre sono state allegate le planimetrie che riportano sul cartiglio solo l'Ospedale Bufalini di Cesena.</p> <p>- Si chiede di confermare che la eventuale quantizzazione delle opere necessarie alla installazione della PET opzionale sia esclusa dalla seguente procedura e che potrà essere valutata post aggiudicazione.</p>	Capitolato tecnico	<p>-L'installazione dovrà essere effettuata in entrambi i siti: l'Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì (planimetria allegata "6-Piano 2 (2022.12)_Radiologia.dwg") e l'Ospedale Bufalini di Cesena (planimetria allegata "6- Piano Terra_Med_Nuc.dwg").</p> <p>-Per ogni sito (Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì e Ospedale Bufalini di Cesena) dovrà essere presentato pre-aggiudicazione il programma di massima: Planimetria Layout di installazione necessariamente corredata da Relazione tecnica con la descrizione dei lavori atti a realizzare le opere necessarie di cui all'Art.7.</p>
PI395970-24	In merito alla fatturazione, indicata come a scadenza semestrale, si chiede di precisare se la stessa sarà anticipata o posticipata, al fine di sottomettere un'offerta consapevole.	Disciplinare di gara	La fatturazione sarà posticipata.