

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

U.O. Acquisti Beni e Servizi

Direttore avv. Morris Montalti

**GARA A PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI ATTREZZATURE
E DISPOSITIVI MEDICI PER ORTOPEDIA**

CHIARIMENTI

(Aggiornato al 08 ottobre 2024)

1) Quesito PI387007-24

DOMANDA: in riferimento alla presentazione della campionatura per il LOTTO 30, quanti sono i pezzi da campionare?

RISPOSTA: n. 1 sistema.

2) Quesito PI387008-24

in riferimento ai lotti 29 e 30:

DOMANDA 1: chiediamo se possibile offrire dei sistemi equivalenti senza l'utilizzo della centrifuga.

DOMANDA 2: Inoltre chiediamo sempre per i medesimi lotti il nr di pezzi da presentare in campionatura.

RISPOSTA 1: Si rimanda a quanto previsto dall' Allegato II.5 al D.Lgs. 36/2023 in termini di equivalenza.

RISPOSTA 2: In termini di campionatura, si richiede n. 1 sistema per il lotto 29 e n. 1 sistema per il lotto 30.

3) Quesito PI389984-24

DOMANDA: con la presente siamo a chiedere conferma che la cauzione provvisoria vada calcolata sul valore globale stimato dell'appalto e non sul valore triennale posto a base d'asta.

RISPOSTA: Si conferma: la cauzione provvisoria va calcolata sul valore globale stimato dell'appalto (in relazione al lotto di partecipazione), così come previsto dall'Art.106 del D.Lgs 36/2023.

4) Quesito PI390822-24

DOMANDA: con la presente siamo a richiedere di poter evidenziare i prodotti offerti all'interno delle schede tecniche invece di barrare le parti non pertinenti come richiesto al punto 16.b) del Disciplinare di gara.

RISPOSTA: Si conferma, purché appaia del tutto evidente quali parti della scheda tecnica siano pertinenti all'offerta presentata.

5) Quesito PI393122-24

DOMANDA: richiediamo di essere esonerati dalla presentazione della campionatura per il lotto 39.

RISPOSTA: in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, si ammette la partecipazione alla procedura di gara anche senza la



presentazione della campionatura entro i termini di presentazione dell'offerta; tuttavia, la stessa dovrà essere presentata in tempo utile per l'effettuazione delle valutazioni delle offerte da parte della Commissione giudicatrice. Diversamente, la Commissione valuterà se possibile effettuare la valutazione esclusivamente sulla base della documentazione tecnica presentata per il lotto.

6) Quesito PI394608-24

si richiedono i seguenti chiarimenti:

DOMANDA 1: LOTTO 5: si chiede di indicare il quantitativo presunto di dispositivi (apparecchi) in comodato d'uso gratuito, occorrenti alle varie Aziende Ospedaliere.

DOMANDA 2: LOTTO 5: si chiede di indicare esattamente la cronologia delle fasi temporali della gara: durata iniziale 3 anni - rinnovo a parità di condizioni per altri 24 mesi - contratto ponte 12 mesi - opzione di proroga 9 mesi, come indicato nel Disciplinare a pag. 8. Nella Tabella 2 le rispettive colonne non hanno la stessa sequenza (prima c'è la colonna indicante la proroga dei 9 mesi e poi la colonna con il contratto ponte di 12mesi). Si chiede inoltre di indicare a quanti mesi corrisponde la validità totale della gara.


DOMANDA 3: Nella Tabella 1 fino al LOTTO 3 sono indicati anche gli anni di durata della gara; dal LOTTO 4 in poi non sono più indicati, si tratta di refuso? È possibile ricevere il file completo anche per tutti gli altri lotti? Oppure la spiegazione per tale differenza?

DOMANDA 4: Sempre nella Tabella 1- LOTTO 4 si indica la "quantità totale" delle seghe (n° 3); si chiede conferma che questa richiesta sia per tutta la durata della gara (comprese le proroghe e rinnovi - come sopra)?

QUESTI CHIARIMENTI ATTEGGONO STRETTAMENTE ALLA COMPILAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA E QUINDI ALLA CORRETTA VALUTAZIONE E SUCCESSIVA DECISIONE DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DELL'O.E., PERTANTO SI CHIEDE DI RICEVERE RISPOSTA IN TEMPI BREVI; LA FACOLTA' DI CODESTA SPETT.LE AZIENDA DI RISPONDERE FINO A 6 GIORNI PRECEDENTI ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA NON PERMETTEREBBE AGLI O.E. DI RISPONDERE ALLA PROCEDURA.

RISPOSTA 1: Come già indicato all'interno dell'Allegato 1 "Capitolato Speciale", in particolare al paragrafo n. 2.7 e come ribadito nella relativa Tabella n. 1 "Descrizione Dettagliata dei Lotti", dovrà essere fornito un dispositivo con un acquisto minimo iniziale di 15 lacci (fasce/bracciali). Il fabbisogno di lacci è indicato in Tabella n. 1 "Descrizione Dettagliata dei Lotti" ed è di 150 pezzi all'anno.

RISPOSTA 2: Relativamente al lotto n. 5 si ribadisce che la durata dell'appalto è di n. 36 mesi (come specificato nel Disciplinare e nel Capitolato di gara). Per la descrizione dettagliata delle opzioni temporali che la stazione appaltante si riserva di poter attivare, si



rimanda al Paragrafo 3.3 del Disciplinare di Gara. La sequenza di attivazione di dette opzioni temporali è discrezione della stazione appaltante, nei termini di quanto già esplicitato nel Disciplinare di Gara.

RISPOSTA 3: si conferma il contenuto della Tabella 1 "Descrizione Dettagliata dei Lotti". La durata dell'appalto, per ciascun lotto, è chiaramente indicata nel Capitolato Speciale, nel Disciplinare di Gara e nonché nella Tabella n. 1 "Descrizione Dettagliata dei Lotti" (si veda quanto riportato nel titolo dell'ultima colonna).

RISPOSTA 4: premettendo che la durata dell'appalto per il lotto n. 4 è di 5 anni, si chiarisce che la quantità di seghe indicata nella Tabella n. 1 "Descrizione Dettagliata dei Lotti" è relativa ai 5 anni di durata dell'appalto. Sono, inoltre, previste ulteriori attrezzature in opzione, così come dettagliato al Paragrafo 2.6.2 dell'Allegato 1 "Capitolato di Gara" e nella Tabella 2 "Valore Complessivo dell'Appalto", attivabili (in alternativa) durante i cinque anni del contratto, la proroga o il contratto ponte.

7) Quesito PI394815-24

DOMANDA: in merito al lotto 4 Sega da Gessi, è sufficiente rispettare la base d'asta totale del lotto o devono essere rispettate le sotto basi delle attrezzature e del materiale di consumo?

RISPOSTA: come specificato all'Art. 18 del Disciplinare di Gara "il prezzo offerto, a pena di esclusione, non potrà essere superiore agli importi a base d'asta indicati per ciascun lotto, per ogni singolo riferimento e per singola voce del lotto medesimo", dunque, devono essere rispettate le sotto basi delle attrezzature e del materiale di consumo.

8) Quesito PI394865-24


DOMANDA: Nel Lotto 45 si fa riferimento ai Telai di trazione Zuppingher sia Adulto che pediatrico senza distinzione dei quantitativi esatti per l'una e l'altra misura. Allo stesso modo le staffe per trazione compare solo il numero complessivo richiesto senza indicazioni specifiche relative alle misure richieste.

E' possibile definire i corretti e specifici quantitativi ?

RISPOSTA: si conferma quanto riportato in Capitolato di Gara. Per quanto riguarda il sostegno per trazione, a titolo meramente indicativo, si può considerare un 90% adulti e un 10% pediatrico.

9) Quesito PI396361-24

DOMANDA: Nel Lotto 45, Riferimento 10 si fa richiesta di Funi di Trazione per telaio Zuppingher. Questi articoli non sono Monouso ma ne vengono richiesti 400 pezzi l'anno da applicare su 5 telai effettivamente richiesti. E' possibile che ci sia stato un errore di quantitativi vista l'enorme esagerazione di richiesta di Funi? Sono



1200 funi in 3 anni per 15 telai; solitamente se ne richiedono al massimo 2 per singolo telaio per sicurezza e anche in quel caso sarebbero 30 in tre anni.

RISPOSTA: si conferma il Capitolato di Gara.

10) Quesito PI396382-24

DOMANDA: Lotto 45 riff. 5 e 7 sono richiesti in quantitativi estremamente eccessivi rispetto ai telai in gara. Entrambi i codici solitamente ne vengono usate due confezioni da due pezzi ciascuna per un totale di 4 pezzi per telaio.

Ne vengono però richieste rispettivamente 50 confezioni dei primi e 25 confezioni delle seconde come consumo annuo.

E' corretto come quantitativo?

RISPOSTA: si conferma il Capitolato di Gara.