



**PROCEDURA APERTA SOPRA LE SOGLIE EUROPEE PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO
QUINQUENNALE - CON OPZIONE DI RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI - DI 1 SISTEMA DIGITALE
PET/CT WHOLE BODY DI ALTA FASCIA, COMPRENSIVO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA
TECNICA DI TIPO FULL RISK PER L'AZIENDA USL DELLA ROMAGNA**

COMUNICAZIONE

In relazione alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito:

Cesena 11/10/2024

Rif. Sater	Quesito	Riferimen to	Risposta
PI399134-24	<p>1) Si chiede conferma che non si rende necessario intervenire sulle schermature esistenti per entrambi i siti;</p> <p>2) Si chiede di confermare che per quanto concerne le opere edili, il limite di batteria è il locale PET</p> <p>3) Si chiede di confermare che per quanto concerne le opere impiantistiche - nella fattispecie impianto elettrico - il limite di batteria è definito dal quadro di automazione;</p> <p>4) Si chiede di confermare che per eventuali sistemi di raffreddamento da installare nelle adiacenze dei locali, l'energia elettrica e/o l'adduzione idrica siano forniti dalla S.A.</p> <p>5) Stante la modalità di fatturazione semestrale posticipate come risulta da disciplinare e da risposta PI396519-24 al chiarimento PI395970-24, poiché il modulo di offerta richiede di indicare il "costo nel noleggio annuale" si chiede di chiarire se, come "costo di noleggio annuale", vada indicato la somma dei due canoni semestrali o se tale indicazione trattasi di refuso e pertanto si debba indicare il canone semestrale modificando opportunamente il modulo di offerta.</p>	<p>Quesito tecnico e modulo offerta</p>	<p>1) Si conferma che non si rende necessario intervenire sulle schermature per entrambi i siti;</p> <p>2) PER FORLI': Si conferma PER CESENA: Gli interventi edili necessari ad installare la macchina sono limitate al locale PET, mentre tutte le opere necessarie alla logistica delle attrezzature sono da considerare all'interno del progetto.</p> <p>3) PER FORLI': il limite di batteria per gli impianti elettrici è definito dal quadro elettrico di zona visionato durante i sopralluoghi; PER CESENA: il limite di batteria per gli impianti elettrici è definito dal quadro elettrico di zona visionato durante i sopralluoghi;</p> <p>4) PER FORLI': si conferma. PER CESENA: si conferma</p> <p>5) Il costo di noleggio è da intendersi annuale.</p>