

“PROCEDURA APERTA SOPRA LE SOGLIE EUROPEE PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI POLIGRAFO PER CARDIOLOGIA DA DESTINARE A UU.OO. DI CARDIOLOGIA DELL’AUSL ROMAGNA CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA, SULLA BASE DEL MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO. VALORE ECONOMICO DELL’APPALTO, POSTO A BASE DI GARA €795.000,00”.

<p>CHIARIMENTO nr. 1 – Con riferimento alla garanzia provvisoria si chiede conferma che la percentuale del 2% richiesta debba essere calcolata sull'importo di ogni lotto comprensivo di tutte le opzioni al netto di Iva (ad esempio per il lotto n. 1 sul totale di € 594.500) e non solo sull'importo posto a base d'asta.</p>	<p>Buongiorno, si conferma che la percentuale richiesta per la garanzia provvisoria dovrà essere calcolata sull'importo di ogni lotto, comprensivo di tutte le opzioni, al netto dell'IVA.</p>
<p>CHIARIMENTO nr. 2 – Spett.le Ente Nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 14 “Documentazione tecnica da presentare”, nella parte 1 viene richiesta la compilazione del questionario tecnico, ma non presente nella documentazione di gara. Si chiede cortesemente l’invio del questionario.</p> <p>Cordiali saluti</p>	<p>Si provvede all'integrazione degli atti di gara, includendo all'interno della documentazione Tecnica alla fase amministrativa il modulo denominato "Questionario Tecnico”.</p>
<p>CHIARIMENTO nr. 3 - Spett.le Ente Alla luce della disponibilità sul mercato di differenti modelli di poligrafo (sistemi stazionari, ma anche sistemi carrellati o portatili che consentono di ridurre ulteriormente gli ingombri e al contempo aumentare la flessibilità di utilizzo), si chiede di confermare che la seguente frase “allestimento dei monitor su scrivania (compresa in fornitura)” riportata a pag. 7 del Capitolato, sia un refuso.</p> <p>grazie</p>	<p>Le ditte possono offrire qualsiasi modello di poligrafo atto a definire una postazione operatore per la sala comandi (sistema stazionario, carrellato, portatile ecc...). L'allestimento del poligrafo in sala comandi deve essere compatibile con gli spazi disponibili e deve essere completamente a carico della ditta. Se l'allestimento dovesse prevedere adeguato punto di appoggio (scrivania) non presente in reparto, questo deve essere compreso in fornitura. Resta inteso che l’installazione finale è a carico della ditta offerente.</p>

<p>CHIARIMENTO nr. 4 - Spett.le Ente, si chiede conferma che, in relazione all'importo della garanzia provvisoria, il possesso della certificazione ISO 13485:2016, che certifica la qualità della gestione dei processi nell'ambito dei Dispositivi Medici, oggetto specifico dell'appalto, consenta di avvalersi della riduzione prevista dall'art. 106, comma 8, 1° periodo del D.Lgs. n. 36/2023 (pari a una riduzione del 30%).</p> <p>A sostegno della tesi favorevole, si fa presente che la certificazione ISO 13485:2016 integra e specifica la certificazione ISO 9001 in relazione all'ambito dei Dispositivi Medici ed è considerata un quid pluris rispetto alla più generale certificazione UNI EN ISO 9001 anche dall'ANAC (Vedasi Parere Precontenzioso n. 43 del 25/02/2010) in quanto attiene ai requisiti specifici (e aggiuntivi) che la norma ISO impone agli operatori economici che operano nel mercato dei dispositivi medici.</p>	<p>Per le riduzioni delle garanzie provvisorie si faccia espresso riferimento a quanto indicato nel codice dei contratti pubblici.</p>
<p>CHIARIMENTO nr. 5 - Si richiedono cortesemente i seguenti chiarimenti:</p> <p>1) per quanto concerne la formula prezzo, nel file "1_Disciplinare gara Poligrafo elettrofisiologia corretto 19-11" pagina 27 il coefficiente alfa indicato ha un valore di 0.2 mentre sul file "CAPITOLATO POLIGRAFI CARDIOLOGIA" a pagina 17 viene indicato un coefficiente alfa di 0.3. Si chiede di confermare che l'effettivo parametro alfa da utilizzare per il calcolo del punteggio prezzo è 0,3.</p> <p>2) Nelle caratteristiche tecniche minime LOTTO 1 POLIGRAFO PER CARDIOLOGIA-ELETTROFISIOLOGIA (a pag. 4 file CAPITOLATO POLIGRAFI CARDIOLOGIA) si chiede conferma che i parametri richiesti in acquisizione (12 derivazioni ECG, Frequenza cardiaca, SpO2, almeno n. 2 pressioni invasive e pressione non invasiva (NIBP)) debbano essere visualizzati e gestiti direttamente dal poligrafo.</p> <p>3) Con riferimento al documento "Questionario tecnico" pubblicato ad integrazione della documentazione di gara, si chiede conferma che lo stesso sia il medesimo già pubblicato in prima battuta all'interno della cartella "Atti economici" denominato "Rel. tecnica dei parametri e criteri mot.".</p>	<p>Buongiorno, di seguito le risposte ai vs quesiti:</p> <p>1) Si conferma che l'effettivo parametro alfa da utilizzare è 0,3; l'altro coefficiente è un refuso.</p> <p>2) Si conferma quanto richiesto nel capitolato.</p> <p>3) Si conferma che il "Questionario Tecnico" sia il medesimo già pubblicato in "Atti economici", ma tale documento dovrà essere caricato in "Atti Tecnici mod" e non in "Atti economici".</p>

<p>CHIARIMENTO nr. 6 - Buonasera, nel DGUE da predisporre in piattaforma sono stati lasciati dei campi obbligatori riferiti a sezioni non richieste dal disciplinare di gara. Es. il requisito di capacità economica e finanziaria nel disciplinare viene indicato come "non richiesto" ma nel DGUE sono state lasciate le sezioni obbligatorie da compilare (campi data, campi descrittivi etc). Potete eliminarlo o renderli non obbligatori?</p>	<p>Buongiorno, no, si proceda a compilare i campi obbligatori; per quanto concerne i campi non obbligatori invece, compilarli scrivendo "NON RICHIESTI".</p>
<p>CHIARIMENTO nr. 7 - Spett.le Ente, si chiede conferma che la comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale non debba essere effettuata in fase di presentazione dell'offerta ma successivamente a seguito di vs. specifica richiesta. Ringraziando, porgiamo cordiali saluti.</p>	<p>Buongiorno, il requisito di capacità tecnica è un requisito di minima e pertanto deve essere presentato in sede di offerta.</p>