

## FILE N. 2

***“GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA LE SOGLIE EUROPEE PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER LA FORNITURA DI SISTEMI RADIOLOGICI DIGITALI POLIFUNZIONALI PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA.  
IMPORTO COMPLESSIVO € 2.470.000,00 (IVA ESCLUSA) – BASE D’ASTA.***

<b>CHIARIMENTO nr 10 -</b> Spettabile Ente	<b>RISPOSTA :</b>
<p>1. Si chiede conferma che l’attuale sistema radiologico debba essere smontato in modalità non conservativa e che l’onere sia a carico dell’aggiudicatario.</p> <p>2. Si chiede conferma che i limiti di fornitura previsti dalla gara riguardino esclusivamente la sala esami e la sala comando, come indicato durante il sopralluogo.</p> <p>3. Si chiede conferma che gli impianti presenti nella sala esami e nella sala comando siano tutti funzionanti, come dichiarato in fase di sopralluogo.</p> <p>4. Si richiede che venga messo a disposizione il Piano di installazione del sistema esistente. In alternativa, si richiede che vengano forniti i pesi dei componenti attualmente installati.</p> <p>cordiali saluti</p>	<p>Buongiorno, di seguito le risposte ai vostri quesiti:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. L’attuale sistema radiologico è fuori uso (end of service, end of life) e deve essere smontato in modalità non conservativa con onere a carico dell’aggiudicatario.</li><li>2. La domanda non è chiara, se si tratta di quesito sulle specifiche relative ai lavori, sono a carico della ditta tutti i lavori necessari ad una idonea installazione e comunque si rimanda al Capitolato e a quanto appurato durante il sopralluogo.</li><li>3. Si conferma che gli impianti sono tutti funzionanti.</li><li>4. Come peso pensile si indica circa 450 kg. (si allegano file di installazione attrezzatura attuale per confronto riferito ai pesi).</li></ol>