

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
EMILIA-ROMAGNA**

Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

Area Dipartimentale Economico e Gestionale

Direttore avv. Morris Montalti

U.O. Acquisti Beni e Servizi

Direttore avv. Morris Montalti

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI “DISPOSITIVI MEDICI PER ALLESTIMENTO E SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI ANTINEOPLASTICI E IMMUNOMODULATORI (2^ EDIZIONE)”, SUDDIVISA IN 10 LOTTI, PER LA CONCLUSIONE IN RELAZIONE A CIASCUN LOTTO DI UN ACCORDO QUADRO CON UN OPERATORE ECONOMICO, PER LE ESIGENZE DELL’AZIENDA USL DELLA ROMAGNA E DELL’IRCCS IRST DI MELDOLA, PER UNA DURATA DI 48 MESI - IMPORTO A BASE D’ASTA € 2.477.360,00 (IVA ESCLUSA) - QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO € 11.751.976,50 (IVA ESCLUSA).**

**PI125356-25**

**QUESITO:** Buongiorno,

In merito al lotto 9 (buste antieffrazione), sarebbe possibile avere le misure (base per altezza) e lo spessore (in micron) di quelle attualmente utilizzate? Le descrizioni non consentono di capire i formati delle stesse. Grazie.


**RISPOSTA:** In riferimento ai prodotti aggiudicati nella passata edizione di gara, è possibile consultare il sito istituzionale della presente stazione appaltante al seguente link:

*<https://amministrazionetrasparente.auslromagna.it/amministrazione-trasparente/bandi-gara-contratti/avvisi-bandi-inviti/contratti-servizi-forniture-soprasoglia-comunitaria/1274-allestimento-e-somministrazione-di-farmaci-antiblastici>*

**PI133332-25**

**QUESITO:** Gent.mi, per quanto riguarda i lotti 4 e 5 dove si chiedono deflussori per farmaci fotosensibili e non, si possono offrire tutti i deflussori ambrati per farmaci fotosensibili a garanzia di fotoprotezione anche se non richiesto? Grazie cordiali saluti.

**RISPOSTA:** Si raccomanda di rispettare le caratteristiche tecniche di minima enunciate nel capitolato di gara per ciascun riferimento dei lotti citati, anche laddove richiesta specificatamente garanzia di fotoprotezione dei farmaci allestiti.



**PI133338-25**

**QUESITO:** Gent.mi, al lotto 10 nell'allegato A si legge "rubinetto a 3 vie ecc.." mentre nel capitolato tecnico a pag. 24 nelle caratteristiche di minima si parla di rubinetto a 4 vie: quante sono esattamente le vie che deve possedere il rubinetto richiesto? Grazie, cordiali saluti.

**RISPOSTA:** Come da descrizione del lotto, il prodotto richiesto è a tre vie, e pertanto quanto citato a pagina 24 del capitolato tecnico rappresenta un refuso, riportato per mero errore materiale.

**PI133491-25**

**QUESITO:** Buongiorno,

In merito al lotto 9 richiediamo di avere le seguenti informazioni relative alle buste attualmente utilizzate:

- dimensioni base x altezza (specificando anche se è presente una ricevuta staccabile, e di che misura);
- spessore del film con cui sono prodotte;
- un'immagine delle buste attualmente utilizzate.


In mancanza di questi elementi, non è possibile strutturare un'offerta in un contesto di competitività economica tra i proponenti.

Grazie.

**RISPOSTA:** Si veda riscontro a quesito precedente in merito ai prodotti attualmente utilizzati. Al fine di formulare offerta idonea si chiede di presentare prodotti che rispettino le caratteristiche tecniche di minima riportate nel capitolato tecnico di gara.

**PI134729-25**

**QUESITO:** Art. 18 Offerta Economica: punto b) - modulo offerta Allegato 6. Siamo a chiedere se è corretto indicare come percentuale di sconto richiesta in tale allegato nella colonna denominata "PERCENTUALE DI SCONTO da applicare alle quotazioni indicate in LISTINO (% - allegato in documentazione)" quella applicata rispetto al prezzo di listino del medesimo articolo oggetto di offerta. Grazie.



**RISPOSTA:** All'interno della colonna menzionata si chiede di indicare la percentuale di sconto applicata sui prodotti presenti a listino, la quale dovrà anche essere oggetto di dichiarazione *ad hoc* di cui al punto c) dell'art. 18 del disciplinare di gara.