



**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA FORNITURA DI SISTEMI PER IL
NEUROMONITORAGGIO INTRAOPERATORIO E DEL MATERIALE DI CONSUMO DEDICATO**

COMUNICAZIONE

In relazione alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito:

Cesena 25/03/2025

Rif. Sater	Quesito	Riferimento	Risposta
PI130662-25	In riferimento a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico al paragrafo Caratteristiche Specifiche, Lotto 2 "Sistemi per il monitoraggio dei nervi ricorrenti/nervo facciale", si chiede di specificare se quanto indicato al Rif. C "La composizione standard per procedura comprende: tubi endotracheali da 6 a 9 mm, composizione standard di stimolo per il monitoraggio dei nervi ricorrenti per assistere il chirurgo nella chirurgia tiroidea e paratiroidea, elettrodi cutanei monouso e sonda di stimolazione con punte di diversa tipologia", corrisponda ad una procedura così composta: tubo endotracheale con elettrodi integrati o tubo endotracheale ed elettrodi adesivi da apporre sullo stesso, elettrodi sottocutanei di messa a terra e ritorno dello stimolo, sonde di stimolazione con punte di diversa tipologia.	Capitolato tecnico – Lotto 2 Rif. C	Si conferma.

<p>PI130670-25</p>	<p>In riferimento a quanto riportato nel capitolato tecnico (pag.18) relativamente al Lotto 2 “Sistemi per il monitoraggio dei nervi ricorrenti/nervo facciale”, Rif. B “Composizione standard: elettrodi monouso + stimolatore (nervo facciale chirurgia ghiandole salivari maggiori ed orecchio medio)” si prega di verificare se il prezzo a base d’asta sia frutto di un mero errore materiale, in quanto il Rif. B “Composizione standard: elettrodi monouso + stimolatore”, relativo al Lotto 1 presenta un diverso prezzo a base d’asta con la medesima indicazione della composizione della procedura, come da voi riportato, per entrambi i lotti, al paragrafo Caratteristiche Specifiche del Capitolato Tecnico: “La composizione standard per procedura comprende: elettrodi cutanei monouso + sonda di stimolazione con punte di diversa tipologia.”</p>	<p>Capitolato tecnico, Lotto 2 Rif. B</p>	<p>Si confermano i prezzi a base d’asta indicati. Il prezzo a base d’asta del lotto 1 e del lotto 2 è diverso trattandosi nel lotto 1 di dispositivo per Neurochirurgia, mentre nel lotto 2 di dispositivo per Chirurgia ORL.</p>
--------------------	---	---	---