

**SCHEDA PER DESCRIZIONE MATERIALI USURABILI LA CUI SOSTITUZIONE DEVE ESSERE PREVISTA ENTRO TRE ANNI DALL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ E DEI MATERIALI DI CONSUMO.**

Nella presente scheda la ditta concorrente deve elencare in maniera analitica tutti i componenti delle apparecchiature in gara, di cui si deve prevedere la sostituzione con frequenza inferiore a tre-cinque anni.

Allo stesso modo devono essere elencati tutti i Materiali di consumo che sono richiesti per il corretto utilizzo delle apparecchiature.

Di detti componenti e materiali dovrà poi essere quantificato in maniera analitica il prezzo nell'apposita scheda riportata sotto.

In detto elenco dovranno essere inclusi obbligatoriamente gli accessori vari soggetti ad usura.

**SCHEDA PER DESCRIZIONE MATERIALI USURABILI – CON PREZZI**

Produttore	ATMOS Medizintechnik Gmbh		
Fornitore	SIDAM SRL		
Modello	HL 21 LED		
<b>MATERIALI USURABILE</b> (materiali per i quali è prevista la necessità di sostituzione entro 3 anni - breve descrizione)	quantità	Costo unitario (euro)	Totale parziale (euro)
Materiale 1: Batteria ricaricabile agli ioni di litio (in caso di usura per superamento di circa 500 cicli di ricarica, come da scheda tecnica)	1	€ 450,00	€ 450,00
Materiale 2:			
TOTALE MATERIALE USURABILE			

<b>MATERIALI DI CONSUMO</b> (materiali di consumo necessari il funzionamento di un anno - breve descrizione)	MONOUSO O RIPROCESSABILE	quantità	Costo unitario (euro)	Totale parziale (euro.)
Materiale consumo1:	/	/	/	/
TOTALE MATERIALE DI CONSUMO				

Mirandola (MO), 18 Dicembre 2023

Timbro e Firma Legale Rappresentante  
Annalisa Azzolini – Sidam Srl